



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM

Ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

adres strony internetowej Zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33100000-1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

znak ZP-261-45/2018

z dnia 24.05.2018 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro Nr ZP-261-45/2018
na:

dostawę sprzętu medycznego niezbędnego do utworzenia Centrum Urazowego w SPSK NR 1 PUM.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców.	str. 2 - 51
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia.	str. 52 – 83
Rozdział III	Formularze ofertowe i załączniki: ♦ Oferta cenowa (Zał. Nr 1)	str. 84 - 89
Rozdział IV	Projekt umowy.	str.90 - 98

.....
zatwierdził
Kierownik Zamawiającego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. Podane w dalszej części SIWZ bez bliższego oznaczenia artykuły są artykułami tej ustawy.

1

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 1.3. Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie upusty i rabaty.
- 1.4. Do oferty muszą być dołączone wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z treścią SIWZ.
- 1.5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, każda strona tego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.6. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 1.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 1.8. Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron na których znajdują się poszczególne dokumenty.
- 1.9. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 1.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 1.12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.



- 1.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 1.14. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
- 1.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na części zwane pakietami.
- 1.16. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. Wykonawca może złożyć ofertę obejmująca dowolnie wybraną liczbę pakietów.
- 1.17. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej:
 - nazwę i adres Zamawiającego,
 - nazwę i adres Wykonawcy
 - oznaczenie: „przetarg nieograniczony Nr ZP-261-45/2018 – sprzęt medyczny dla CU - pakiet Nr **(Wykonawca wpisuje na kopercie numer pakietu na który składa ofertę).**”
 - napis „nie otwierać przed dniem **09.07.2018r.**” (termin otwarcia ofert)
- 1.18. Wykonawca może przed upływem do terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 1.19. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
- 1.20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- 1.21. Niniejsze postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 1.22. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z tym jednak zastrzeżeniem, że jednolity dokument (JEDZ), musi być złożony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
- 1.23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Odrzucenie ofert.

3

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.
2. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
 - 8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 - 10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
 - 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane



rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

3. Wykluczenie Wykonawcy

1. Zgodnie z Art. 24 ust 1 Ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,



- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
 - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie



- konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
2. Na podstawie Art. 24 ust 5 Ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);



2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy PZP z:

- a) zamawiającym,
- b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- c) członkami komisji przetargowej,
- d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy PZP

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu



społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Na podstawie Art. 24 ust 7 Ustawy PZP Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy PZP,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP,

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 Ustawy PZP

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;



- 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy PZP.
 6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie



prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie obejmującym określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
3. Jednolity dokument (JEDZ), musi być złożony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
4. Instrukcja składania JEDZ określona została w Rozdziale I pkt 12 SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.



7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Składanie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

- 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP.**
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.



5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

13

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



-Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentu, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla każdego pakietu nie niższą niż:

PAKIET 1: 50 000,00 zł

PAKIET 2: 5 000,00 zł

PAKIET 3: 35 000,00 zł

PAKIET 4: 20 000,00 zł

PAKIET 5: 5 000,00 zł

PAKIET 6: 15 000,00 zł

PAKIET 7: 5 000,00 zł

PAKIET 8: 10 000,00 zł

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:

- wykazu dostaw wykonanych (minimum 1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,



oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Za dostawy wykazujące spełniają warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna te, które łącznie będą spełniały następujące cechy:

- polegać będą na dostawie przedmiotu porównywalnego do przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych pakietach niniejszego postępowania,
- wartość wykonanej lub wykonywanej dostawy - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu- nie może być mniejsza niż określona poniżej:

PAKIET 1: 50 000,00 zł brutto

PAKIET 2: 5 000,00 zł brutto

PAKIET 3: 35 000,00 zł brutto

PAKIET 4: 20 000,00 zł brutto

PAKIET 5: 5 000,00 zł brutto

PAKIET 6: 15 000,00 zł brutto

PAKIET 7: 5 000,00 zł brutto

PAKIET 8: 10 000,00 zł brutto

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same dostawy mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w różnych pakietach. Dostawy te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W

15

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

2) którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 12) - 23) oraz ust. 5 pkt. 1) -8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

16

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
- h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
- i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
- j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem



dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia:
 - 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
 - 2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokument, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed



- notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25



ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

- 1) Deklaracji zgodności
 - 2) katalogu lub broszury informacyjnej lub karty danych technicznych lub karty charakterystyki produktu lub instrukcji użytkownika w języku polskim (lub przetłumaczonej na język polski) **z zaznaczeniem oferowanego produktu;**
11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 11 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
17. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski



wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

7. Podwykonawcy, korzystanie z zasobów innego podmiotu

1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy.
 - 1) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 - 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 - 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego



wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

- a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 a ustawy PZP – dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - b) dokumentów dotyczących w szczególności:
 - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- 3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: JEDZ oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale I pkt 6 ppkt. 1.2 lit. a) do i) SIWZ
- 4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 .
- 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie



potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

8. Warunki wnoszenia i zwrot wadium.

1. Obowiązek wniesienia wadium:

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej (tj. obejmującej wszystkie pakiety) wysokości **3 300,00 zł**, w tym:

pakiet Nr 1:	1 000,00 zł
pakiet Nr 2:	100,00 zł
pakiet Nr 3:	1 000,00 zł
pakiet Nr 4:	500,00 zł
pakiet Nr 5:	100,00 zł
pakiet Nr 6:	300,00 zł
pakiet Nr 7:	100,00 zł
pakiet Nr 8:	200,00 zł

w terminie do 09.07.2018 r. do godz. 08:00.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko na, niektóre pakiety to wnosi wadium w wysokości właściwej dla tych pakietów. W przypadku, gdy ogólna kwota wadium wniesionego przez Wykonawcę jest niższa niż suma wynikająca z wadium przypadającego na dane pakiety, to odrzucona w pierwszej kolejności będzie oferta w zakresie pakietu o najniższym wadium.

2. Forma wnoszenia wadium:

23

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



a) Przelew bankowy na konto:

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) Oddział W Szczecinie
31 1130 1176 0022 2011 8420 0004 z dopiskiem „wadium – sprzęt medyczny
dla CU, pakiet Nrprzetarg Nr ZP-261-45/2018.”**

Kopię przelewu bankowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do oferty.

- b) poręczenia i / lub gwarancje bankowe,
- c) gwarancje ubezpieczeniowe,
- d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w punktach b, c, d oraz e do oferty załączyć należy wyłącznie oryginały ww. dokumentów.

Wadium składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku udowodnienia, czy choćby uprawdopodobnienia wystąpienia podstaw do zatrzymania wadium. Wypłata powinna następować na podstawie samego oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu podstaw do zatrzymania wadium.

3. Zwrot wadium:

- 1) Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli tego wniesienia żądano.
- 2) Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie w wyniku zgłoszenia pisemnego wniosku przez wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

24

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



- 3) Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:
 - wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli tego wniesienia żądano
- 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Kryteria i sposób oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

KRYTERIUM	RANGA dotyczy pakietu Nr 1:
1. Cena	60%
2. Termin realizacji zamówienia	40 %
Łącznie	100 %

25

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Kryterium nr 1 $\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.} \times \text{znaczenie kryterium} - 60 \%$

Kryterium nr 2: Termin realizacji zamówienia – 40 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie do 42 dni od dnia podpisania umowy.

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej.

Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr I :

do 42 dni = 0 punktów

do 35 dni = 20 punktów

do 28 dni = 40 punktów

Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.

KRYTERIUM

RANGA - dotyczy pakietu Nr 2 oraz 3:

1. Cena	60%
2. okres udzielonej gwarancji jakości	20 %
3. Termin realizacji zamówienia	20 %
Łącznie	100 %

26

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



cena najniższa

Kryterium nr 1 ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**
cena oferty badanej

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości – 20 %

Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi minimalnie 12 miesięcy, maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do oceny w tym kryterium maksymalnego terminu gwarancji wynoszącego 24 miesiące. Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.

min. 12 - 20 m-cy – 0 pkt.

$20 < x < 24$ m-cy – 10 pkt.

≥ 24 m-cy – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy ,

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej.

Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 2 oraz 3:

27

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



-do 14 dni = 0 punktów

-do 11 dni = 10 punktów

- do 8 dni = 20 punktów

Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.

KRYTERIUM

RANGA - dotyczy pakietu Nr 4:

1.Cena	60%
2.okres udzielonej gwarancji jakości	20 %
3.Termin realizacji zamówienia	20 %
Łącznie	100 %

Kryterium nr 1 ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**
cena najniższa
cena oferty badanej

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości – 20 %

Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi minimalnie 24 miesiące, maksymalnie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do oceny w tym kryterium maksymalnego terminu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy.

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.

min. 24 - 30 m-cy – 0 pkt.



$30 < x < 36$ m-cy – 10 pkt.

≥ 36 m-cy – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 42 dni od dnia podpisania umowy.

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej.

Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 4:

- do 42 dni = 0 punktów

- do 31 dni = 10 punktów

- do 20 dni = 20 punktów

Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.

KRYTERIUM

RANGA - dotyczy pakietu Nr 5:

1.Cena	60%
2.okres udzielonej gwarancji jakości	20 %
3.Termin realizacji zamówienia	20 %
Łącznie	100 %

cena najniższa



Kryterium nr 1 ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**
cena oferty badanej

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości – 20 %

Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi minimalnie 24 miesiące, maksymalnie 36 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do oceny w tym kryterium maksymalnego terminu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy. Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.

min. 24 - 30 m-cy – 0 pkt.

$30 < x < 36$ m-cy – 10 pkt.

≥ 36 m-cy – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej. Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.

30

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 5:

- do 14 dni = 0 punktów
- do 11 dni = 10 punktów
- do 8 dni = 20 punktów

KRYTERIUM

RANGA - dotyczy pakietu Nr 6:

1.Cena	60%
2.okres udzielonej gwarancji jakości	20 %
3.Termin realizacji zamówienia	20 %
Łącznie	100 %

cena najniższa

Kryterium nr 1 ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**
cena oferty badanej

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości – 20 %

Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi minimalnie 12 miesięcy, maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do oceny w tym kryterium maksymalnego terminu gwarancji wynoszącego 24 miesiące. Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.

31

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



min. 12 - 20 m-cy – 0 pkt.

$20 < x < 24$ m-cy – 10 pkt.

≥ 24 m-cy – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej.

Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.

Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 6:

- do 7 dni = 0 punktów
- do 5 dni = 10 punktów
- do 3 dni = 20 punktów

KRYTERIUM

RANGA - dotyczy pakietu Nr 7:

1.Cena	60%
2.okres udzielonej gwarancji jakości	20 %
3.Termin realizacji zamówienia	20 %
Łącznie	100 %



cena najniższa
Kryterium nr 1 ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**
cena oferty badanej

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości – 20 %

Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi minimalnie 12 miesięcy, maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do oceny w tym kryterium maksymalnego terminu gwarancji wynoszącego 24 miesiące.

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.

min. 12 - 20 m-cy – 0 pkt.

$20 < x < 24$ m-cy – 10 pkt.

≥ 24 m-cy – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie do 28 dni od dnia podpisania umowy.

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej.

Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.



Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 7:

- do 28 dni = 0 punktów
- do 21 dni = 10 punktów
- do 14 dni = 20 punktów

KRYTERIUM

RANGA - dotyczy pakietu Nr 8:

1.Cena	60%
2.okres udzielonej gwarancji jakości	20 %
3.Termin realizacji zamówienia	20 %
Łącznie	100 %

cena najniższa

Kryterium nr 1 ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**
cena oferty badanej

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości – 20 %

Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi minimalnie 12 miesięcy, maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do oceny w tym kryterium maksymalnego terminu gwarancji wynoszącego 24 miesiące. Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.

min. 12 - 20 m-cy – 0 pkt.

34

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



$20 < x < 24$ m-cy – 10 pkt.

≥ 24 m-cy – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Termin realizacji zamówienia – 20 %

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie do 84 dni od dnia podpisania umowy.

Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji zamówienia przyznane zostaną punkty w ilości przewidzianej w opisie tego kryterium znajdującym się poniżej.

Termin realizacji musi być podany w pełnych dniach.

Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 8:

- do 84 dni = 0 punktów
- do 63 dni = 10 punktów
- do 42 dni = 20 punktów

Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób:

- cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną sztukę,
- cena jednostkowa brutto: cena jednostkowa netto plus podatek VAT,
- wartość netto danej pozycji: cena jednostkowa netto x ilość sztuk,
- wartość brutto danej pozycji: wartość netto plus podatek VAT ,
- stawka VAT: procentowa stawka podatku,
- wartość VAT: wyrażona w złotych kwota podatku liczona od wartości netto danej pozycji

35

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



- wartość netto całego pakietu: suma wartości netto wszystkich pozycji,
- wartość brutto całego pakietu: suma wartości brutto wszystkich pozycji.

Każda oferta, według podanych wyżej kryteriów, podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym przetargu. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisami jak w punkcie 1.17. w kancelarii Dyrektora SPSK Nr 1 w Szczecinie, w terminie do dnia **09.07.2018 r. do godz. 08.⁰⁰**
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **09.07.2018 r., o godz. 10.⁰⁰** w Dziale Zamówień Publicznych – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM, przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

11. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6



dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Stachowiak, Agata Racinowska, Agnieszka Kostarelas-Filip, Agnieszka Wielgosz - Dział Zamówień Publicznych, tel. 91 425 30 08.
9. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą e-maila zampub@spsk1.szn.pl, godziny pracy: 7.30 – 15.00

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby

37

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Instrukcja składania JEDZ.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – *Prawo pocztowe*, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Stachowiak, Agata Racinowska, Agnieszka Kostarelas-Filip, Agnieszka Wielgosz - Dział Zamówień Publicznych, tel. 91 425 30 08. e-mail **zampub@spsk1.szn.pl**.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. **UWAGA!** *Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

JEDZ należy przesłać na adres email: **zampub@spsk1.szn.pl**

- a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, doc, odt.



- b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD <https://ec.europa.eu/tools/esp/efilter?lang=pl> lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
- c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.¹
- d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source.
- e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty – załącznik Nr 1, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
- f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W temacie przesłanej wiadomości wykonawca wskazuje numer postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.
- g) Wykonawca, przysyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

¹ Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)



- h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
 - i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
6. Edytowalna wersja JEDZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://spsk1.bip2.maxus.com.pl/public/?id=169694>

13. Okres związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję przetargową powołaną przez Dyrektora SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;



- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 8. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
 10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 11. W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz nie dopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.
 12. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 13. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
 - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,



- b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
- 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
- a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
- b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
- c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
- a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
- b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
- c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
15. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację



- przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5–7 Ustawy PZP, na stronie internetowej.
17. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
18. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
20. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
21. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,



zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

22. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę:

- 1) z niższym kosztem nabycia albo
 - 2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia
- jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”,

22. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Rażąco niska cena

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 z późn.zm.)
- 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów



- 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 - 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 - 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.,
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 - 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art.90 ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 - 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1.”,
 3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

16. Warunki unieważnienia postępowania

16.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;

45

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
 - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 16.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania ofert
 - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu do składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 16.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 16.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
- 16.5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

17. Termin realizacji zamówienia:

46

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Termin realizacji zamówienia wynosi:

PAKIET I- do 42 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET II- do 14 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET III- do 14 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET IV- do 42 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET V – do 14 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET VI – do 7 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET VII- do 28 dni od dnia podpisania umowy

PAKIET VIII- do 84 dni od dnia podpisania umowy.

18. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.



6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert .
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.



13. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
14. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.



19. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
23. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
24. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
25. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
26. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.



27. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
28. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieśli sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
29. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
30. Koszty postępowania odwoławczego:
- 1) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie
 - 2) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3:
 - a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
 - b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
 - 3) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 4, ponosi:
 - a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
 - b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
 - 4) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi:
 - a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało oddalone przez Izbę,
 - b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało uwzględnione przez Izbę.”.



31. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
32. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
33. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
34. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma od Zamawiającego umowę do podpisu. Umowa zostanie przesłana pocztą lub w innej formie, zgodnie w wyborem wskazanym przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej SIWZ.
3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

52

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

53

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

ms/KJ



ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu medycznego niezbędnego do utworzenia Centrum Urazowego w SPSK NR 1 PUM.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33100000-1

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia stanowił wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03 z późn.zm.) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadał wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt.

PAKIET I

GALANTERIA INTUBACYJNA (zestawy do intubacji, tlenoterapii, worki typu Ambu, inne) – 43 ZESTAWY

PAKIET II

NEBULIZATORY ULTRADŹWIĘKOWE – 6 ZESTAWÓW
ROLKA DO PRZEKŁADANIA CHORYCH – 5 SZTUK

PAKIET III

SSAK AKUMULATOROWY – 13 ZESTAWÓW
SSAK TRANSPORTOWY - 9 ZESTAWÓW

PAKIET IV

SSAK ELEKTRYCZNY – 7 SZTUK

PAKIET V

STYMULATOR ENDOKAWITALNY – 1 ZESTAW

PAKIET VI

54

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI Z TOREM WIZYJNYM – 3 ZESTAWY

PAKIET VII

ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI Z TOREM WIZYJNYM – 1 ZESTAW

PAKIET VIII

GRZAŁKA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW TYP II - 1 ZESTAW

PAKIET I

GALANTERIA INTUBACYJNA (zestawy do intubacji, tlenoterapii, worki AMBU i inne) – 43 zestawy

L.P	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Resuscytator wielorazowego użytku o pojemności 1475 ml i objętości oddechowej 1100 ml, wykonany z silikonu. W zestawie z resuscytatorem komplet masek silikonowych w rozmiarach 3, 4 i 5 oraz rezerwuuar tlenowy. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temperaturze 134 °C. Objętość rezerwuuaru tlenowego 1500 ml. Resuscytator wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H ₂ O.	TAK	
2	Zastawka PEEP kompatybilna z resuscytatorem wielorazowego użytku. Złącze o średnicy 30 mm	TAK	
3	Resuscytator wielorazowego użytku o pojemności 635 ml i objętości oddechowej 450 ml, wykonany z silikonu. W zestawie z resuscytatorem komplet masek silikonowych w rozmiarach 0, 1, 2, 3 oraz rezerwuuar tlenowy. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temperaturze 134 °C. Objętość rezerwuuaru tlenowego 1500 ml. Resuscytator wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H ₂ O.	TAK	
4	Zestaw laryngoskopowy, wielorazowego użytku, składający się z: rękojeści laryngoskopowej LED, zasilanej 2 bateriami R14, oraz łyżkami typu McIntosh w rozmiarach 2, 3, 4. Możliwość sterylizacji i dezynfekcji. Łyżki oraz obudowa rękojeści wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy spełniające standard ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść posiada zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie.	TAK	
5.	Zestaw laryngoskopowy, wielorazowego użytku, składający się z: 2 sztuk rękojeści laryngoskopowej LED, zasilanych 2 bateriami R14, oraz z 8 sztuk łyżek typu McIntosh w rozmiarze 3, 10 sztuk łyżek typu McIntosh w rozmiarze 4, 2 sztuk łyżek typu McIntosh w rozmiarze 5. Możliwość sterylizacji i dezynfekcji. Łyżki oraz obudowa rękojeści wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy spełniające standard ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść posiada	TAK	



	zatrask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie.		
6	Zestaw laryngoskopowy, wielorazowego użytku, składający się z: rękojeści laryngoskopowej LED, zasilanej 2 bateriami R14, oraz łyżkami typu McIntosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4. Możliwość sterylizacji i dezynfekcji. Łyżki oraz obudowa rękojeści wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy spełniające standard ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść posiada zatrask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie.	TAK	
7	Zestaw laryngoskopowy, wielorazowego użytku, składający się z: rękojeści laryngoskopowej LED (wąska), zasilanej 2 bateriami R14, oraz łyżkami typu Miller w rozmiarach 00, 0, 1. Możliwość sterylizacji i dezynfekcji. Łyżki oraz obudowa rękojeści wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy spełniające standard ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść posiada zatrask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie.	TAK	
8	A. Kleszczyki Magilla wykonane ze stali nierdzewnej o długości 16 cm (+/- 1 cm)	TAK	
	B. Kleszczyki Magilla wykonane ze stali nierdzewnej o długości 20 cm (+/- 1 cm)	TAK	
	C. Kleszczyki Magilla wykonane ze stali nierdzewnej o długości 25 cm (+/- 1 cm)	TAK	
9	Dozownik tlenowy z przepływomierzem oraz nawilżaczem wielokrotnego użytku do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji. Regulacja przepływu w zakresie od 0-17 l/min za pomocą pokrętki. Pojemność butelki nawilżacza 250 ml. Montaż do punktu poboru AGA (będący na wyposażeniu Zamawiającego)	TAK	
10	Dozownik tlenowy z przepływomierzem oraz nawilżaczem wielokrotnego użytku do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji. Regulacja przepływu w zakresie od 0-17 l/min za pomocą pokrętki. Pojemność butelki nawilżacza 250 ml. Montaż do punktu poboru AGA. W zestawie z uchwytem uniwersalnym do szyn medycznych i przewodem z wtykiem typu AGA (będący na wyposażeniu Zamawiającego)	TAK	
11	Reduktor tlenowy. Reduktor z przepływomierzem o zakresie 0-25 l/min i złączem AGA (będący na wyposażeniu Zamawiającego). Wyposażony w manometr ciśnienia wejściowego, filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa. Posiada króciec do podłączenia przewodu tlenowego. Możliwość odczytu wskazania przepływomierza z boku i przodu reduktora	TAK	
12	Reduktor do próżni, membranowy o zakresie regulacji podciśnienia od 0 do -1 bar. Obudowa reduktora wykonana z aluminium. Pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętki. Montaż do punktu poboru AGA (będący na wyposażeniu Zamawiającego). W zestawie pojemnik zabezpieczający o pojemności 250 ml wykonany z poliwęglanu. Zawór włączający umieszczony z boku reduktora. Przepływ do 29,0 l/min	TAK	
13	Reduktor do próżni, membranowy o zakresie regulacji podciśnienia od 0 do -1 bar. Obudowa reduktora wykonana z aluminium. Pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętki. Montaż do punktu poboru AGA (będący na wyposażeniu Zamawiającego). W zestawie uchwyt uniwersalny do szyn	TAK	



	medycznych i przewod do z wtykiem do punktu poboru AGA. W zestawie pojemnik zabezpieczający o pojemności 250 ml wykonany z poliwęglanu. Zawór włączający umieszczony z boku reduktora. Przepływ do 29,0 l/min		
14	Manometr do wypełniania i kontroli ciśnienia w mankietach rurek intubacyjnych/tracheostomijnych, z drenem o długości 100 cm (+/- 10 cm). Pomiar ciśnienia w zakresie od 0 - 120 cm	TAK	
15	Mankiet ciśnieniowy do szybkich przetoczeń o pojemności 500 ml posiadający możliwość powieszenia na stojaku. Budowa mankieta pozwalająca na jego rozchylenie celem zawieszenia worka. Mankiet wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu. Wyposażony w zamek umożliwiający szybką wymianę worka, trwałą gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy. Manometr ze skalą 0-750 mmHg z wyróżnioną wartością ciśnienia 300 mmHg, posiadający możliwość obracania.	TAK	
16	Dozownik powietrza z przepływomierzem oraz nawilżaczem. Regulacja przepływu w zakresie od 0-17 l/min za pomocą pokrętki. Pojemność butelki nawilżacza 250 ml. Montaż do punktu poboru AGA (będący na wyposażeniu Zamawiającego).	TAK	
17	Stetoskop internistyczny z głowicą ze stali nierdzewnej o wysokich właściwościach akustycznych. Głowica dwustronna, w pełni odwracalna - zawór na trzonku głowicy posiada zielony wskaźnik ułatwiający określenie aktualnie wybranej strony głowicy. Pierścien na głowicy przezroczysty. Średnica dużej membrany 4,5-5,0 cm; średnica małej membrany lub lejka 3,5-3,8 cm. Przewód akustyczny jedynokanałowy. Długość całkowita 85 cm (+/- 10 cm). Waga do 200 g	TAK	
18	Otoskop światłowodowy LED z wbudowanym wyrzutnikiem wzierników. Zasilanie bateriami AA. Posiada obrotową szklaną lupkę z 3-krotnym powiększeniem. W zestawie z głowica, rękojeść, komplet końcówek wielorazowych - 4 szt. w rozmiarach 2 - 5 mm oraz jednorazowych - 6 szt. w rozmiarach 2 i 4 mm, zapasowa żarówka oraz poręczne etui, lupa zabiegowa z 4-krotnym powiększeniem.	TAK	

A. Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych- oddział intensywnej terapii (CLUW OIT) – 10 zestawów

A. CLUW OIT										
Pozycja	I zestaw	II zestaw	III zestaw	IV zestaw	V zestaw	VI zestaw	VII zestaw	VIII zestaw	IX zestaw	X zestaw
1	1	1	1	1						
2	1	1	1	1						
5										1
8b					1	1	1	1		
8c					1	1	1	1		
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

57

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



11	1	1								
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
16			1	1						
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MIEJSCE DOSTAWY:

CLUW OIT – 10 zestawów

B. SOR część dla dorosłych – 6 zestawów

B. SOR część dla dorosłych						
Pozycja	I zestaw	II zestaw	III zestaw	IV zestaw	V zestaw	VI zestaw
1	2	2	1	1	1	1
6	1	1				
8a			1	1	1	1
8b			1	1	1	1
8c			1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1
15	1	1				
16	1	1	1	1	1	1

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR część dla dorosłych – 6 zestawów

C. SOR część dla dzieci – 4 zestawy

C. SOR część dla dzieci				
Pozycja	I zestaw	II zestaw	III zestaw	IV zestaw
1	1	1	1	1
3	1	1	1	1
6	1	1		
7			1	1
8a	1	1		
8b	1	1		
8c	1	1		

58

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



9	2	2	2	2
11	1	1		
12	1	1	1	1
14			1	1
15	1	1	1	1
18	1			

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR część dla dzieci – 4 zestawy

- D. Oddziały zabiegowe – 11 zestawów (7 zestawów dla oddziałów leczących wyłącznie chorych dorosłych oraz 4 zestawy dla oddziałów leczących tylko dzieci lub dzieci i dorosłych)**

D.1. Oddziały zabiegowe dla dorosłych							
Pozycja	I zestaw	II zestaw	III zestaw	IV zestaw	V zestaw	VI zestaw	VII zestaw
1	2	2	2	2	2	2	2
4	1	1	1	1	1	1	1
8c	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1

MIEJSCE DOSTAWY:

Oddziały zabiegowe – 11

E. SOR obszar terapii – 12

D.2. Oddziały zabiegowe dla dzieci				
Pozycja	I zestaw	II zestaw	III zestaw	IV zestaw
1	1	1	1	1
3	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8a	1	1	1	1
8b	1	1	1	1
8c	1	1	1	1
9	1	1	1	1
11	1	1		
12	1	1		

zestawów

wstępnej
zestawów

intensywnej

E. SOR obszar wstępnej intensywnej terapii

59

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



Pozycja	Zestaw I	Zestaw II	Zestaw III	Zestaw IV	Zestaw V	Zestaw VI	Zestaw VII	Zestaw VIII	Zestaw IX	Zestaw X	Zestaw XI	Zestaw XII
1	1	1	1	1								
2	1	1	1	1								
3					1	1						
6							1	1				
7									1	1		
8a							1		1			
8b							1		1			
8c							1		1			
10			1	1	1	1						
11											3	
13							1	1	1	1		
14											2	2
15											2	2

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR – obszar wstępnej intensywnej terapii 12 zestawów

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJNEGO (znajdącą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego. Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.



Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/ producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									XXXXXXXX

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawca złożył również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET II

NEBULIZATORY ULTRADŹWIĘKOWE – 6 ZESTAWÓW

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Inhalator, przeznaczony do pracy ciągłej	TAK	
2	Maksymalne ciśnienie: 2,5 Bar	TAK	
3	Regulacja ciśnienia pracy: od 1,3 Bar do 2,5 Bar	TAK	

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

61

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



4	Maksymalny przepływ: 16L/min	TAK	
5	Nebulizacja: 0,50 ml/min	TAK	
6	Przepływ roboczy: 5,2L/min	TAK	
7	Rozpylanie: 0,50 ml/min (0,9% NaCl)	TAK	
8	Waga: 2,20 kg	TAK	
9	Wymiary: 255x190x165 mm	TAK	
10	Zasilanie: 230V/50Hz	TAK	
WYPOSAŻENIE:			
11	Nebulizator – 1 szt. dla 1 zestawu nebulizatora ze wskaźnikiem ciśnienia i regulatorem ciśnienia	TAK	
12	Maska dla dorosłych – 10 szt. na 1 zestaw	TAK	
13	Maska dla dzieci – 10 szt. na 1 zestaw	TAK	
14	Ustnik – 10 szt. na 1 zestaw	TAK	
15	Końcówka do nosa – 10 szt. na 1 zestaw	TAK	
16	Przewód łączący długości nie mniej niż 100 cm – 30 szt. na 1 zestaw	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

ODDZIAŁY ZABIEGOWE – 5 sztuk

CLUW OIT – 1 sztuka

ROLKA DO PRZEKŁADANIA PACJENTA 1100 X 575 – 5 SZTUK

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Rolki przeznaczone do transportu pacjenta w pozycji leżącej z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia.	TAK	
2	Wymiary – 1100x575 mm	TAK	
3	Powierzchnia robocza – 1000x575 mm	TAK	
4	Udźwig – minimum 120 kg	TAK	
5	Kolor niebieski	TAK	
6	Materiał łatwy w czyszczeniu i jednocześnie odporny na uszkodzenia i dezynfekcję.	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 2 sztuki

CLUW OIT – 3 sztuki

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

62

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJNEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego. Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Ilekcóż w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/ producent/ nr katalogowy bądź jego brak
-----	--------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	--	---	---	--

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

63

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*

ms/KJ



Łączna wartość całego pakietu									XXXXXXXX

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET III

SSAK AKUMULATOROWY – 13 ZESTAWÓW

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Ssak posiada funkcję autotestu w czasie max. 30 sekund.	TAK	
2	Przy podciśnieniu poziom hałasu poniżej 56 dB	TAK	
3	Panel kontrolny przekazujący dane o najważniejszych parametrach pracy	TAK	
4	Zmienne podciśnienie umożliwiające wybór wartości siły ssania	TAK	
5	Obudowa odporna na uderzenia i wstrząsy	TAK	
6	Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego	TAK	
7	Ssak z wielorazowym pojemnikiem na treści	TAK	
8	Wskazanie wysokiego podciśnienia/ wysokiego przepływu	TAK	
9	Przycisk testowy urządzenia: kontrola drożności, efektywność zwiększania podciśnienia, maksymalny osiągalny poziom podciśnienia, szczelność	TAK	
10	Wskaźnik rzeczywistego podciśnienia	TAK	
11	Wskaźnik włączenia zasilania	TAK	
12	Wskaźnik zasilania zewnętrznego	TAK	
13	Wskaźnik trybu awaryjnego	TAK	
14	Wskaźnik stanu akumulatora	TAK	
15	Regulacja podciśnienia (0-500+ mmHg)	TAK	
16	Podziałka ssaka z kolorystycznym zróżnicowaniem zakresu odsysania wydzieliny z tchawicy oraz z jamy ustnej i gardła	TAK	

64

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



WYPOSAŻENIE:			
17	Ssak - 1 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
18	Przewody zasilające prądem zmiennym - 1 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
19	Zbiornik na treści - 2 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
20	Komplet drenów do ssania (pacjent-zbiornik na treści; zbiornik-filtr) - 2 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
21	Filtr do ssaka z wielorazowym pojemnikiem – 3 sztuki dla 1 zestawu ssaka	TAK	
22	Kulka zaworu przelewowego – 2 sztuki dla 1 zestawu ssaka	TAK	
23	Akumulator zapasowy - 1 szt. dla 1 kompletu 13 ssaków	TAK	
24	Zewnętrzna ładowarka akumulatora – 1 szt. dla kompletu 13 ssaków	TAK	
25	Instrukcję obsługi	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 2 zestawy

CLUW OIT – 2 zestawy

ODDZIAŁY ZABIEGOWE – 9 zestawów

SSAK TRANSPORTOWY – 9 ZESTAWÓW

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Ssak posiada funkcję autotestu w czasie max. 30 sekund.	TAK	
2	Przy podciśnieniu poziom hałasu poniżej 56 dB	TAK	
3	Panel kontrolny przekazujący dane o najważniejszych parametrach pracy	TAK	
4	Zmienne podciśnienie umożliwiające wybór wartości siły ssania	TAK	
5	Obudowa odporna na uderzenia i wstrząsy	TAK	
6	Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego	TAK	
7	Ssak z wielorazowym pojemnikiem na treści	TAK	
8	Wskazanie wysokiego podciśnienia/ wysokiego przepływu	TAK	
9	Przycisk testowy urządzenia: kontrola drożności, efektywność zwiększania podciśnienia, maksymalny osiągalny poziom podciśnienia, szczelność	TAK	
10	Wskaźnik rzeczywistego podciśnienia	TAK	
11	Wskaźnik włączenia zasilania	TAK	
12	Wskaźnik zasilania zewnętrznego	TAK	
13	Wskaźnik trybu awaryjnego	TAK	
14	Wskaźnik stanu akumulatora	TAK	
15	Regulacja podciśnienia (0-500+ mmHg)	TAK	

65

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



16	Podziałka ssaka z kolorystycznym zróżnicowaniem zakresu odsysania wydzieliny z tchawicy oraz z jamy ustnej i gardła	TAK	
WYPOSAŻENIE:			
17	Ssak - 1 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
18	Przewody zasilające prądem zmiennym - 1 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
19	Zbiornik na treści - 2 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
20	Komplet drenów do ssania (pacjent-zbiornik na treści; zbiornik-filtr) - 2 szt. dla 1 zestawu ssaka	TAK	
21	Filtr do ssaka z wielorazowym pojemnikiem – 3 sztuki dla 1 zestawu ssaka	TAK	
22	Kulka zaworu przelewowego – 2 sztuki dla 1 zestawu ssaka	TAK	
23	Akumulator - 2 szt. dla kompletu 9 ssaków	TAK	
24	Zewnętrzna ładowarka akumulatora – 2 szt. dla kompletu 9 ssaków	TAK	
25	Instrukcję obsługi	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR część dla dorosłych – 5 zestawów

SOR część dla dzieci – 4 zestawy

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJNEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego.

Brak spełnienia któregośkolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Ilekcroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.



Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET IV

SSAK ELEKTRYCZNY – 7 SZTUK

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą	TAK	

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

67

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



2.	Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz	TAK	
3.	Wydajność ssaka min. 38 l/min	TAK	
4.	Wartość maksymalna podciśnienia 90 kPa z dokładnością $\pm 5\%$	TAK	
5.	Poziom hałasu max. 45 dB	TAK	
6.	Wymiary maksymalne urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 500x1000x500 mm	TAK	
7.	Waga ssaka razem z podstawą jezdną nie więcej niż 25 kg	TAK	
8.	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału.	TAK	
9.	Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej.	TAK	
10.	Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podać metodę/	TAK	
11.	Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH ₂ O, bar, kPa	TAK	
12.	Minimum trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe	TAK	
13.	WYPOSAŻENIE : - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L szt. 1	TAK	
14.	- przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1	TAK	
15.	- 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2	TAK	
16.	- uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1	TAK	
17.	- przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 2	TAK	
18.	- kabel zasilający min. 2m szt. 1	TAK	
19.	- dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na podstawie jezdnej	TAK	
20.	- kosz lub pojemnik na cewniki do odsysania montowany na podstawie jezdnej	TAK	
21.	Włacznik nożny ssaka On / Off	TAK	
22.	Możliwość stosowania posiadanych przez Szpital jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik	TAK	
23.	Ssak przystosowany do instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H ₂ O	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 2 sztuki

SOR część dla dzieci – 2 sztuki

CLUW OIT – 3 sztuki

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJNEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego. Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/ producent/ nr katalogowy bądź jego brak

Łączna wartość całego pakietu				XXXXXXXX
-------------------------------	--	--	--	----------

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET V

STYMULATOR ENDOKAWITALNY – 1 ZESTAW

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku	TAK	
2	Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji	TAK	
3	Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia	TAK	
4	Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody	TAK	
5	Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów	TAK	
6	Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami	TAK	
7	Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją	TAK	
8	Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P	TAK	
9	Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu)	TAK	
10	Funkcje stymulacyjne: min. VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstotliwością	TAK	
11	Częstość podstawowa: min. 30 ÷ 180 1/min.	TAK	
12	Częstość stymulacji szybkiej: min. 100 ÷ 990 1/min.	TAK	
13	Amplituda impulsu: min. 0,1 ÷ 20 mA	TAK	
14	Szerokość impulsu: min. 0,2 ÷ 1,5 ms	TAK	
15	Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku	TAK	
16	Czas refrakcji: min. 200 ÷ 500 ms	TAK	
17	Czułość wejściowa: min. 0,5 ÷ 21 mV	TAK	

70

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



18	Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2 ÷ 12 V	TAK	
19	Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna	TAK	
20	Zasilanie z baterii 9 V	TAK	
21	Czas pracy z baterii powyżej 14 dni	TAK	
22	Masa urządzenia łącznie z baterią max 300 g	TAK	
23	Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca – roz. 4, 5,6,7 po 1 szt.	TAK	
24	Kaniula z igłą do wkłucia – rozmiar 6F po 2 szt.	TAK	
25	Introduktor – rozmiar 4F i 5F po 1 szt. oraz rozmiar 6F i 7 F po 2 szt. Z każdym zestawem introduktora 1 sztuka osłonki dekontaminacyjnej elektrody endokawitarnej	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

CLUW OIT

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJENEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego. Brak spełnienia któregośkolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Ileć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

71

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET VI

ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI Z TOREM WIZYJNYM – 3 ZESTAWY

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA w 1 zestawie	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	WIDEOLARYNGOSKOP wykorzystujący technikę laryngoskopii Macintosh oraz wideolaryngoskopii	TAK	
2	Wyświetlacz kolorowy 2,5", kamera typu CMOS lub równoważna, wykonane z trwałego materiału termoplastycznego o jakości medycznej ze wzmocnionym rdzeniem ze stopu strukturalnego	TAK	
3	Waga urządzenia 200 g	TAK	
4	Wymiary urządzenia nie większe niż 2080 mm x 80 mm x 130 mm	TAK	

72

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



5	Akumulator zapewniający 250 minut pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii	TAK	
6	Videolaryngoskop tworzący jałową całość z jednorazowymi łyżkami przystosowany do zanurzenia w całości; zarówno ekran, jak i rękojeść poddawana dezynfekcji wysokiego stopnia	TAK	
7	Razem z zestawem 50 sztuk łyżek jednorazowych typu McIntosh rozmiar 3	TAK	
WYPOSAŻENIE do trzech zestawów:			
8	Łyżka jednorazowa typu Macintosh rozmiar 1 – 2 op. [1 op. = 50 sztuk]	TAK	
9	Łyżka jednorazowa typu Macintosh rozmiar 2 – 2 op. [1 op. = 50 sztuk]	TAK	
10	Łyżka jednorazowa typu Macintosh rozmiar 3 – 3 op. [1 op. = 50 sztuk]	TAK	
11	Łyżka jednorazowa typu Macintosh rozmiar 4 – 3 op. [1 op. = 50 sztuk]	TAK	
12	Łyżka jednorazowa typu Macintosh do trudnej intubacji rozmiar 3 – 4 op. [1 op. = 10 sztuk]	TAK	
13	Akumulator zapewniający 250 minut pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii – 3 sztuki	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR część dla dorosłych – 1 sztuka

SOR część dla dzieci – 1 sztuka

CLUW OIT – 1 sztuka

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJENEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego.

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

73

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Ileć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET VII

ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI Z TOREM WIZYJNYM – 1 ZESTAW

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
-----	---	-------------------	--------------------

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

74

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



1	Wielorazowy endoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi	TAK	
KAMERA/MONITOR			
2	Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala	TAK	
3	Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi	TAK	
4	Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min.	TAK	
5	Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań	TAK	
6	Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji	TAK	
7	Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze	TAK	
8	W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 4 godziny pracy monitora	TAK	
9	Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min	TAK	
OPTYKA			
10	Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyciu oraz poziomie naładowania akumulatora	TAK	
11	Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym	TAK	
12	Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką	TAK	
13	W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji	TAK	
14	Automatyczne wyłączenie po 30 min.	TAK	
15	Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h	TAK	
16	Przy braku użytkownika całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach	TAK	
17	Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI	TAK	
18	Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem	TAK	
JEDNORAZOWE NAKŁADKI / ŁYŻKI			
19	Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami	TAK	
20	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt.	TAK	
21	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 50 szt.	TAK	
22	Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły	TAK	
23	Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiającą intubację bez potrzeby stosowania prowadnic	TAK	
STACJA DOKUJĄCA/ŁADOWARKA			
24	Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyciu oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora	TAK	
INNE			
25	Waga całego zestawu do 400 g	TAK	



26	W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 1 szt. - Wielorazowa optyka - 2 szt. - Stacja dokująca - 2 szt. - Jednorazowe nakładki - 100 szt.	TAK	
27	Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu	TAK	
28	Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smartfonów)	TAK	

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 1 sztuka

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJNEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego.

Brak spełnienia któregośkolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Ileć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:



Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

PAKIET VIII

GRZAŁKA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW TYP II – 1 ZESTAW

Typ:

Nazwa własna:

Wytwórca (nazwa, siedziba):

Rok produkcji: 2018

LP.	NAZWA I OPIS PARAMETRU LUB FUNKCJI URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym	Min. BF	
2.	Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem	Min. IPX1	
3.	Zasilanie	220V 50Hz ±10%	
4.	Tryb pracy urządzenia	Ciągły	
5.	Metoda podgrzewania	Ciepła cyrkulująca woda	
6.	Zakres prędkości wlewu ogrzanego płynu	Zakres minimalny od 100 do 60 000 ml/godz.	

77

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



7.	Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i związków krwiozastępczych	Tak	
8.	Stała, ustawiona fabrycznie temperatura ogrzewania, bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych	Tak, 41-43°C	
9.	Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem	Tak	
10.	Wyświetlacz z cyfrowym wskaźnikiem temperatury	Tak	
11.	Zbiornik na wodę roboczą z przezroczystym okienkiem umożliwiającym ciągły podgląd poziomu cieczy	Tak	
12.	Możliwość podłączenia modułu detektora powietrza zatrzymującego podaż płynu w przypadku wykrycia powietrza w linii	Tak	
13.	Monitorowanie bieżącej pracy urządzenia na wskaźnikach	Tak	
14.	Alarmy wizualne i dźwiękowe:		
a	<i>zbyt wysoka temperatura</i>	Tak	
b	<i>złe zamocowanie zestawu do przetoczeń w urządzeniu</i>	Tak	
c	<i>nieprawidłowa praca pompy</i>	Tak	
d	<i>zbyt niski poziom płynu roboczego</i>	Tak	
15.	Funkcje testowania poprawności pracy aparatu	Tak (funkcja testu temp. i test alarmów)	
16.	Stabilny stojak z układem jezdnym (z hamulcami) i dwiema szynami do zamocowania dwóch automatycznych komór ciśnieniowych obok siebie oraz mocowania urządzeń dodatkowych np. pomp infuzyjnych	TAK	
17.	Wysięgnik na worki z płynem do podaży grawitacyjnej	O regulowanej wysokości, min. 2m	
18.	Dwie automatycznie pompowane komory ciśnieniowe utrzymujące stałe ciśnienie 300mmHg na worki z płynem	Tak, w zestawie	
19.	Zestawy jednorazowe wyposażone w dwa wkłucia kroplowe, filtr do przetoczeń krwi i pułapkę powietrza w linii	Tak	
20.	Jednorazowe zestawy ogrzewające	5 sztuk	

MIEJSCE DOSTAWY:

CLUW OIT – 1 sztuka

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

78

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego.

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Ileć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostki	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/ producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1	Rok produkcji oferowanych urządzeń –2018 [p. I nie wcześniej niż 2017]	TAK
2	Minimalny okres gwarancji na oferowane urządzenie	TAK

79

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



	12 m-cy: Pakiet II, III, VI, VII, VIII, Pakiet I poz. 8,17,18 24-mce Pakiet IV, V, Pakiet I poz.4-7,9-13,16 6 m-cy: Pakiet I poz. 1-3, 14-15	
3	Instalacja urządzenia przez serwis producenta/ autoryzowany przez producenta Pakiet V-VIII	TAK
4	W okresie gwarancji min. 3 przeglądy techniczne nieodpłatne – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). Pakiet III-VIII	TAK
5	W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego urządzenia lub podzespołu na nowe. Pakiet III-VIII	TAK
6	Czas naprawy urządzenia wynosi max. 2 dni od zgłoszenia e-mailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 5 dni roboczych. W przypadku napraw trwających powyżej 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze. (obowiązek dostawy urządzenia zastępczego dotyczy: Pakiet III-VIII)	TAK
7	Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczonej na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. Pakiet 1 poz.18, Pakiet II-VIII	TAK
8	Interfejs w języku polskim i oprogramowanie jeśli jest wymagane do pracy danego urządzenia. Pakiet V, VII	TAK
9	Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy Pakiet III-VIII	TAK
10	Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych Pakiet I- VIII	TAK
11	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta/autoryzowany przez producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Pakiet II-VIII	TAK Podać dane adresowe
12	Wypełniony paszport techniczny Pakiet III-VIII	TAK

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJNEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

**Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz warunki serwisu gwarancyjnego.
Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**



Tabelę z WARUNKAMI SERWISU GWARANCYJENEGO (znajdującą się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Wykonawca załącza odrębnie do każdego pakietu, do którego składa ofertę.

Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Lp.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/ producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.

Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób:

- cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną sztukę,
- cena jednostkowa brutto: cena jednostkowa netto plus podatek VAT,
- wartość netto danej pozycji: cena jednostkowa netto x ilość sztuk lub opakowań,



- wartość brutto danej pozycji: wartość netto plus podatek VAT ,
- stawka VAT: procentowa stawka podatku,
- wartość VAT: wyrażona w złotych kwota podatku liczona od wartości netto danej pozycji
- wartość netto całego pakietu: suma wartości netto wszystkich pozycji,
- wartość brutto całego pakietu: suma wartości brutto wszystkich pozycji.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



Rozdział III

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Nr ZP-261-45/2018

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz firmy.....
z siedzibą (adres).....
nr tel. wraz z nr kierunkowym..... fax
NIP REGON.....

E-mail:.....

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym powyżej 144 000 Euro
Nr ZP-261-45/2018 na:

**dostawę sprzętu medycznego niezbędnego do utworzenia Centrum
Urazowego w SPSK NR 1 PUM.**

składam niniejszą ofertę.

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet Nr I PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

83

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia
pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK
Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



wartość podatku VAT wynosi zł

wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Termin realizacji dni

Pakiet Nr II PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł

wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

Pakiet Nr III PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł



wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

Pakiet Nr IV PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł

wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

Pakiet Nr V PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł

wartość brutto: PLN



(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

Pakiet Nr VI PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł

wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

Pakiet Nr VII PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł



wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

Pakiet Nr VIII PLN netto

(słownie :),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi %

wartość podatku VAT wynosi zł

wartość brutto: PLN

(słownie:.....)

Okres udzielonej gwarancji jakości m-cy

Termin realizacji dni

HASŁO DOSTĘPU DO PLIKU JEDZ

.....



Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę zgodną z tym projektem.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Wadium w kwociezł (słownie:.....)

zostało wniesione w dniu w formie

Osobą upoważnioną do podpisania umowy

jest:.....

(imię, nazwisko, funkcja)

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)



ROZDZIAŁ IV

UMOWA Nr ZP-261-45/2018/MED/DZ PROJEKT

zawarta w dniu pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1,71-252 Szczecin, ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009581, NIP: 852-22-11-119, REGON 000288892, którego reprezentuje:

dr n. med. Konrad Jarosz – Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

NIP: ;

REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie zamówienia Nr ZP-261-45/2018 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego niezbędnego do utworzenia Centrum Urazowego w SPSK NR 1 PUM przeprowadzonego dnia w SPSK Nr 1, potwierdzonego protokołem.



**ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH PROGRAMU**

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt medyczny – wyspecyfikowany w pakiecie Nr opisu przedmiotu zamówienia oraz wykonać inne obowiązki Wykonawcy określone w SIWZ, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie dodni od daty zawarcia umowy.

§ 2

1. Sprzęt medyczny wyspecyfikowany w pakiecie nr , o których mowa w §1 dostarczony zostanie po cenie podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Wartość netto pakietu Nr wynosi: zł, co daje.....zł brutto.
3. Ubezpieczenie, transport, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona na własny koszt.
4. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

90

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności, stanowiących przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą umową:

1. Dostarczyć, zamontować i ustawić we wskazanym miejscu sprzęt i wyposażenie wyspecyfikowane w pakiecie Nr, będące przedmiotem niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko do SPSK NR 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1:

PAKIET I

GALANTERIA INTUBACYJNA (zestawy do intubacji, tlenoterapii, worki AMBU i inne) – 43 zestawy

miejsce dostawy:

- A. Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych- oddział intensywnej terapii (CLUW OIT) – 10 zestawów
- B. SOR część dla dorosłych – 6 zestawów
- C. SOR część dla dzieci – 4 zestawy
- D. Oddziały zabiegowe – 11 zestawów (7 zestawów dla oddziałów leczących wyłącznie chorych dorosłych oraz 4 zestawy dla oddziałów leczących tylko dzieci lub dzieci i dorosłych)
- E. SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 12 zestawów

PAKIET II

NEBULIZATORY ULTRADŹWIĘKOWE – 6 ZESTAWÓW

MIEJSCE DOSTAWY:

ODDZIAŁY ZABIEGOWE – 5 sztuk

CLUW OIT – 1 sztuka

ROLKA DO PRZEKŁADANIA PACJENTA 1100 X 575 – 5 SZTUK

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 2 sztuki

CLUW OIT – 3 sztuki



PAKIET III

SSAK AKUMULATOROWY – 13 SZTUK

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 2 sztuki

CLUW OIT – 2 sztuki

ODDZIAŁY ZABIEGOWE – 9 sztuk

SSAK TRANSPORTOWY – 9 SZTUK

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR część dla dorosłych – 5 sztuki

SOR część dla dzieci – 4 sztuki

PAKIET IV

SSAK ELEKTRYCZNY – 7 SZTUK

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 2 sztuki

SOR część dla dzieci – 2 sztuki

CLUW OIT – 3 sztuki

PAKIET V

STYMULATOR ENDOKAWITALNY – 1 ZESTAW

MIEJSCE DOSTAWY:

CLUW OIT

PAKIET VI

ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI Z TOREM WIZYJNYM – 3

ZESTAWY

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR część dla dorosłych – 1 sztuka

92

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



SOR część dla dzieci – 1 sztuka

CLUW OIT – 1 sztuka

PAKIET VII

ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI Z TOREM WIZYJNYM – 1 ZESTAW

MIEJSCE DOSTAWY:

SOR obszar wstępnej intensywnej terapii – 1 sztuka

PAKIET VIII

GRZAŁKA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW TYP II – 1 zestaw

MIEJSCE DOSTAWY:

CLUW OIT – 1 sztuka

2. Zorganizować szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych podpisanymi przez obie strony.
3. Dołączyć wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga (paszporty techniczne dotyczą Pakietu nr 3-8).
4. Dołączyć Instrukcje obsługi w języku polskim (lub przetłumaczonej na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD (dotyczy Pakietu 1 poz.18 oraz pakiet nr 2-8).
5. Zapewnić interfejs w języku polskim i oprogramowanie wraz z bezpłatnym uaktualnieniem w okresie gwarancji (dotyczy pakietu nr 5 i 7).
6. Wskazać serwisy producenta/serwisy autoryzowane przez producenta na terenie RP lub UE – dot. pakietu nr 2-8.
7. W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie min. 3 przeglądów technicznych, wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu

93

SIWZ ZP-261-45/2018 sprzęt medyczny dla CU

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0144/17-00/88/2017/1430 z dnia 13.12.2017 r.

Projektu pn: „Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

NR POIS.09.01.00-00-0144/17

W ramach działania 9.1. *Infrastruktura ratownictwa medycznego*
oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*
Programu Operacyjnego *Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



- gwarancyjnego) potwierdzonych raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności (dotyczy pakietu 3-8).
8. Konkretny termin dostawy (w ramach terminu wskazanego w § 1) należy uzgodnić z Zamawiającym z dwudniowym wyprzedzeniem. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pracownik Działu Głównego Energetyka i Aparatury Medycznej tel. 91 425 33 14, który będzie obecny przy odbiorze towaru.

§ 4

1. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury, wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.
2. Na fakturze należy wskazać numer umowy. Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą określoną w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. w wysokości 1% wartości umowy brutto w zakresie danego pakietu (wskazanej w § 2 ust. 2 umowy) (jednak nie mniej niż 50 zł) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w umowie, z zastrzeżeniem lit. b i c.
 - b. za każdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem



- dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego na czas naprawy.
- c. w wysokości 1% (jednak nie mniej niż 50 zł) wartości umowy brutto w zakresie danego pakietu za każdy dzień opóźnienia – za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zapotrzebowaniu (braki ilościowe) w zakresie danego pakietu.
3. Za odstąpienie od umowy, w całości lub części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto lub odpowiednio 10% wartości części umowy brutto, od której wykonania odstąpiono, chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 5. Kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody. Kary umowne stają się wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.



§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. (dotyczy Pakietów Nr 2-8)
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu
 - miesięcznej pełnej gwarancji jakości na sprzęt z Poz..... , licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
 - miesięcznej pełnej gwarancji jakości na sprzęt z Poz..... , licząc od daty podpisania protokołu odbioru.(Dotyczy Pakietu nr 1)
3. Termin wykonania napraw gwarancyjnych wynosi:
 - a. czas naprawy wynosi max. 2 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer w dni robocze (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 - b. w uzasadnionych przypadkach termin powyższy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego, o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 5 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 - c. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni roboczych obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa sprzętu zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia (dot. pakietu Nr 3-8)
4. W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego urządzenia lub podzespołu na nowe.(dot. pakietu Nr 3-8)
5. Wykonawca gwarantuje dostęp do części zamiennych i możliwość ich zakupu na min. 10 lat od dostawy.(dot. pakietu Nr 3-8)



6. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień powyższych.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.

§ 9

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca: