

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM**  
**Ul. Unii Lubelskiej 1**  
**71-252 Szczecin**

**adres strony internetowej Zamawiającego: [www.spsk1.szn.pl](http://www.spsk1.szn.pl)**

**WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 42.12.24.10-7**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**znak ZP-261-20/2019**

z dnia 07.03. 2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 euro Nr ZP-261-20/2019 na:

**Dostawę osobistych pomp insulinowych do SPSK NR 1 PUM.**

**SPIS TREŚCI:**

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców.	str.2- 33
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia.	str. 34-60
Rozdział III	Formularze ofertowe i załączniki:	
	♦ Oferta cenowa (Zał. Nr 1)	str.61-65
	♦ Oświadczenie Wykonawcy (Zał. Nr 2)	str. 66-67
	♦ Oświadczenie Wykonawcy (Zał. Nr 3)	str. 68-70
Rozdział IV	Projekt umowy.	str. 71-75

.....  
**zatwierdził**  
**Kierownik Zamawiającego**

**Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.** Podane w dalszej części SIWZ bez bliższego oznaczenia artykuły są artykułami tej ustawy.

# ROZDZIAŁ I

## INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### 1. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 1.3. Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie upusty i rabaty.
- 1.4. Do oferty muszą być dołączone wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z treścią SIWZ.
- 1.5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, każda strona tego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.6. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 1.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 1.8. Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron na których znajdują się poszczególne dokumenty.
- 1.9. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 1.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 1.12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
- 1.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 1.14. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
- 1.15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na części zwane pakietami.

- 1.16. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. Wykonawca może złożyć ofertę obejmująca dowolnie wybraną liczbę pakietów.
- 1.17. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej:
  - nazwę i adres Zamawiającego,
  - nazwę i adres Wykonawcy
  - oznaczenie: „przetarg nieograniczony Nr ZP-261-20/2019 – pompy insulinowe pakiet Nr .....(Wykonawca wpisuje na kopercie numer pakietu na który składa ofertę).”
  - napis „ nie otwierać przed **dniem 19.03.2019 r.**”(termin otwarcia ofert)
- 1.18. Wykonawca może przed upływem do terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 1.19. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę która została złożona po terminie.
- 1.20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- 1.21. Niniejsze postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub mailem.
- 1.22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2. Odrzucenie ofert.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.
2. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
  - 1) jest niezgodna z ustawą;
  - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- 8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
  - 10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w [art. 5b ust. 7 pkt 1](#) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
  - 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

### **3. Wykluczenie Wykonawcy**

1. Zgodnie z Art. 24 ust 1 Ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
    - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
    - c) skarbowe,
    - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
  - 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
  - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  - 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
  - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie Art. 24 ust 5 Ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy PZP z:
  - a) zamawiającym,
  - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
  - c) członkami komisji przetargowej,
  - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy PZP

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
- 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
- 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Na podstawie Art. 24 ust 7 Ustawy PZP Wykluczenie wykonawcy następuje:
  - 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
  - 2) w przypadkach, o których mowa:
    - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy PZP,
    - b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP,
    - c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 Ustawy PZP– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
  - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Ustawy PZP lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
  - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,



jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy PZP.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. **Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. **Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, po czym wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP.**
7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

## **12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:**

### **1) którzy spełniają warunki dotyczące:**

#### **a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

-Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

#### **b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej

#### **c) zdolności technicznej lub zawodowej:**

##### **1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:**

- wykazu dostaw wykonanych (minimum 1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Za dostawy wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający uzna te, które łącznie będą spełniały następujące cechy:

- polegać będą na dostawie przedmiotu porównywalnego do przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych pakietach niniejszego postępowania,
- wartość wykonanej lub wykonywanej dostawy - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu- nie może być mniejsza niż określona poniżej:

pakiet Nr 1:	10 000,00 zł brutto
pakiet Nr 2:	30 000,00 zł brutto
pakiet Nr 3:	5 000,00 zł brutto
pakiet Nr 4:	30 000,00 zł brutto
pakiet Nr 5:	10 000,00 zł brutto
pakiet Nr 6:	5 000,00 zł brutto

**Uwaga:**

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same dostawy mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w różnych pakietach. Dostawy te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

2. Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

**2) którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:**

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 12) - 23) oraz ust. 5 pkt. 1) -8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

**W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”), żąda następujących dokumentów:**

- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
- b) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy PZP.
- c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, żąda:**

1. Oświadczenie, że oferowany wyrób medyczny posiada deklaracje zgodności oraz złożenie ich na każde żądanie Zamawiającego
2. Oświadczenie, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych oraz złożenie ich na każde żądanie Zamawiającego lub oświadczenia wraz z uzasadnieniem o braku obowiązku posiadania wyżej wymienionych dokumentów.
3. Katalog/broszura informacyjna/instrukcja obsługi bądź inny dokument w języku polskim lub przetłumaczony na język polski potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ - z zaznaczeniem wszystkich oferowanych parametrów danego produktu.

14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 1) zamiast dokumentów o których mowa w § 5 Rozporządzenia pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**15. Zgodnie z art. 26 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.**

16. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 ppkt 12 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 ppkt 12 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

17. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 ppkt 12-14SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

20. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

22. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I pkt 4 ppkt 16, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

## **6. Podwykonawcy, korzystanie z zasobów innego podmiotu**

1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy.

1) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale I pkt 4 ppkt 12.2 lit. a (zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu- załącznik nr 3 do

SIWZ) i 12.2 lit. b SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 a ustawy PZP – dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) dokumentów, które określają w szczególności:

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale I pkt 4 ppkt 12.1 lit. c ust. 2 (zamieszczenia informacji o podwykonawcach na których zasoby powołuje się Wykonawca w oświadczeniu- załącznik nr 2 do SIWZ) oraz 12.2 lit. a (zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu- załącznik nr 3 do SIWZ) i 12.2 lit. b SIWZ.



- 4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
  - 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  - 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
    - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
    - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem..

## **6. Kryteria i sposób oceny ofert.**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

**KRYTERIUM**

**RANGA**

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| 1. cena             | 60% |
| 2. termin płatności | 40% |
- minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 40 dni.

Maksymalny termin płatności, który może być zaoferowany wynosi 60 dni. (Podstawa prawna art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z dnia 28 marca 2013 r.)

**Łącznie** **100 %**

cena najniższa

**Kryterium nr 1** ----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - **60 %**  
 cena oferty badanej

**Kryterium nr 2: termin płatności – 40 %**

Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin płatności”:

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego zestawienia:

Termin płatności:

- 40 dni – 0 pkt.
- 45 dni – 10 pkt.
- 50 dni – 20 pkt.
- 55 dni – 30 pkt.
- 60 dni – 40 pkt.

Wykonawcy, który w ofercie cenowej nie wpisze zaoferowanego terminu płatności Zamawiający przyjmie termin 40 dni, za który Wykonawca otrzyma 0 punktów.

**Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.**

Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób:

- cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną sztukę/opakowanie/komplet,,
- cena jednostkowa brutto: cena jednostkowa netto plus podatek VAT,
- wartość netto danej pozycji: cena jednostkowa netto x ilość sztuk lub opakowań lub kompletów,
- wartość brutto danej pozycji: wartość netto plus podatek VAT ,
- stawka VAT: procentowa stawka podatku,
- wartość VAT: wyrażona w złotych kwota podatku liczona od wartości netto danej pozycji
- wartość netto całego pakietu: suma wartości netto wszystkich pozycji,

- wartość brutto całego pakietu: suma wartości brutto wszystkich pozycji.

Każda oferta, według podanych wyżej kryteriów, podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym przetargu. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## **7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

- Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisami jak w punkcie 1.17. w kancelarii Dyrektora SPSK Nr 1 w Szczecinie, w terminie do dnia **19.03.2019 r. do godz. 08.<sup>00</sup>**
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **19.03.2019 r., o godz. 10.<sup>00</sup>** w Dziale Zamówień Publicznych – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM, przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

## **8. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

- Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej.
8. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną za pomocą e-maila: [zampub@spsk1.szn.pl](mailto:zampub@spsk1.szn.pl), z zastrzeżeniem ppkt 9.
9. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
10. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30-15:00.

12. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

mgr Małgorzata Stachowiak, Agata Racinowska, mgr Agnieszka Kostarelas-Filip, mgr Agnieszka Wielgosz - Dział Zamówień Publicznych, tel. 91 425 30 08.

### **9. Okres związania ofertą**

Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.**

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję przetargową powołaną przez Dyrektora SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
11. W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz nie dopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.
12. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
  - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
    - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
    - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
  - 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
    - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
    - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
    - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
  - 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
  - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
  - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
15. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  - 4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5–7 Ustawy PZP, na stronie internetowej.
17. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
18. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
20. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych

kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

21. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
22. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę:
  - 1) z niższym kosztem nabycia albo
  - 2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia – jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”,
23. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **11. Rażąco niska cena**

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
  - 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 z późn.zm.)
  - 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów



- 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  - 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
  - 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.,
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art.90 ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1.”,
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

## **12. Warunki unieważnienia postępowania**

12.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - 5) postępowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 12.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania ofert
  - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu do składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 12.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

### **13. Termin realizacji zamówienia:**

12 miesięcy od daty podpisania umowy

### **14. Środki ochrony prawnej**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

- 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
  - 5) opisu przedmiotu zamówienia;
  - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
  8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
  9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
  10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
    - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

- b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert .
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

18. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 2164
21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
22. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
23. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
24. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
26. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

27. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieśli sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

28. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

29. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

2) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3:

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 4, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,

b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

4) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało uwzględnione przez Izbę.”.

30. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

31. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

32. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
33. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

### **15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;**

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma od Zamawiającego umowę do podpisu. Umowa zostanie przesłana pocztą lub w innej formie, zgodnie w wyborem wskazanym przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej SIWZ.
3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

### **16. Wadium**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

### **17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie**, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,  
Dane kontaktowe:
  - kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
  - kontakt telefoniczny: 91 425-30-00
  - kontakt e-mail: [spsk1@spsk1.szn.pl](mailto:spsk1@spsk1.szn.pl)
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie** jest Pani/Pani:
  - Danuta Próchenko
  - Dane do kontaktu:
    - listownie: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
    - adres e-mail:[iod@spsk1.szn.pl](mailto:iod@spsk1.szn.pl)
    - telefon: 91 425-30-77
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr ZP-261-20/2019 na:  
**Dostawa osobistych pomp insulinowych do SPSK nr 1 PUM.**  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

<sup>1</sup>**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup>**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## ROZDZIAŁ II

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Przedmiotem zamówienia jest:

#### **Dostawa osobistych pomp insulinowych do SPSK NR 1 PUM.**

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia stanowił wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03 z późn.zm.) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadał wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt.

**WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENÍ (CPV): 42.12.24.10-7**

#### **Pakiet 1**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 r. ż. - **ilość 10 sztuk**

#### **Pakiet 2**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 r. ż. Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia - **ilość 15 sztuk**

#### **Pakiet 3**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 r. ż. - **ilość 5 sztuk**

#### **Pakiet 4**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 r. ż. Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia - **ilość 20 sztuk**

#### **Pakiet 5**

Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych w wieku 18-26 skierowane dla dorosłych w wieku 18-26 lat – obejmuje użycie pomp z możliwością skokowej regulacji 0,1 jednostki lub więcej - **ilość 10 sztuk**

#### **Pakiet 6**

Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych w wieku 18-26 skierowane dla dorosłych w wieku 18-26 lat z nawracającymi niedocukrzeniami – **ilość 4 sztuki**

#### **Pakiet 1**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 r. ż. - **ilość 10 sztuk**

PARAMETRY WYMAGANE	WYMAGANA ODPOWIEDŹ TAK	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1	2	3

<b>Nazwa pompy insulinowej /model/Producent/ Urządzenie fabrycznie nowe</b>		<b>Tak, (podać)</b>	
<b>Rok produkcji: min. 2018</b>		<b>Tak, (podać)</b>	
<b>Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g]</b>		<b>Tak, (podać)</b>	
<b>Zatrzymanie pompy</b>		<b>Alarm informujący o zatrzymaniu pompy</b>	<b>Tak</b>
<b>Blokada pompy</b>		<b>Wymagana elektroniczna blokada klawiszy</b>	<b>Tak</b>
<b>Programowanie bolusa</b>	Prostego /Standard	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j/bolus	<b>Tak</b>
	Przedłużonego/Prostokątny	Dokładność nie mniejsza niż 0,1jbolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniejszy niż 7 godzin	<b>Tak</b>
	Złożony/Podwójny/Wielofalowy	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin	<b>Tak</b>
<b>Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:</b>	Ustawienia	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie	<b>Tak</b>
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku	<b>Tak</b>
	Czas	Do 24 godz.	<b>Tak</b>
<b>Programowanie bazy:</b>	Wprowadzanie przepływów godzinowych ( ilość jednostek na godzinę)	Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h	<b>Tak</b>
		Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania	<b>Tak</b>
<b>Pamięć pompy</b>	Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do czytania	Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytniki	<b>Tak</b>

	danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość szczytowania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji.	Wykonawca dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne szczytowania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku nr 1 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaje), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni.	
	<b>Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)</b>	Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu	<b>Tak</b>
	<b>Automatyczne wypełnienie drenu</b>	Tak- nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie	<b>Tak</b>
	<b>Zestawy infuzyjne</b>	Wklucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu – co najmniej dwie długości	<b>Tak</b>

<b>Serwis</b>	Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy)	<b>Tak</b>	
	Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2	<b>Tak</b>	
	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze)	<b>Tak</b>	
	Przesyłka pompy na koszt Wykonawcy	<b>Tak</b>	
<b>Baterie- zasilanie pompy</b>	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacji paliw, kioskach typu „RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)	<b>Tak</b>	
	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	<b>Tak</b>	
<b>Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej</b>	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, Wykonawca dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej)	<b>Tak</b>	
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie.	<b>Tak</b>	
<b>Menu/język</b>	W pełnym zakresie w języku polskim	<b>Tak</b>	

<b>Instrukcja obsługi pompy</b>	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę.	<b>Tak</b>	
Alarm dźwiękowy (tonowy)		<b>Tak</b>	
Alarm wibracyjny		<b>Tak</b>	
Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego		<b>Tak</b>	
Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt.		<b>Tak</b>	
Serter do zakładania zestawów infuzyjnych		<b>Tak</b>	
Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt.		<b>Tak</b>	
Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt.		<b>Tak</b>	
Etui ochronne		<b>Tak</b>	
Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).		<b>Tak</b>	
Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę – podpisuje kartę szkolenia.		<b>Tak</b>	

## Pakiet 2

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 r. ż. Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia - **ilość 15 sztuk**

PARAMETRY WYMAGANE		WYMAGANA ODPOWIEDŹ	TAK	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1		2		3
Nazwa pompy insulinowej /model/Producent/ Urządzenie fabrycznie nowe		Tak, podać		
Rok produkcji: min. 2018		Tak, podać		
Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g]		Tak, podać		
Zatrzymanie pompy	Alarm informujący o zatrzymaniu pompy	Tak		
Blokada pompy	Wymagana elektroniczna blokada klawiszy	Tak		
Programowanie bolusa	Prostego /Standard	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j/bolus		Tak

	Przedłużonego/Prostokątny	Dokładność nie mniejsza niż 0,1jbolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniejszy niż 7 godzin	Tak	
	Złożony/Podwójny/Wielofalowy	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin	Tak	
Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:	Ustawienia	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie	Tak	
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku	Tak	
	Czas	Do 24 godz.	Tak	
Programowanie bazy:	Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę)	Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h	Tak	
		Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania	Tak	
Pamięć pompy	Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do szczytowania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość szczytowania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji.	Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytniki. Wykonawca dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne szczytowania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku nr 1 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki	Tak	

<p><b>Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)</b></p>	<p>Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu</p>	<p><b>Tak</b></p>	
<p><b>Automatyczne wypełnienie drenu</b></p>	<p>Tak- nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie</p>	<p><b>Tak</b></p>	
<p><b>Zestawy infuzyjne</b></p>	<p>Wkładka: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych(elastyczne) Długość drenu – co najmniej dwie długości</p>	<p><b>Tak</b></p>	
<p><b>Serwis</b></p>	<p>Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy)</p>	<p><b>Tak</b></p>	
	<p>Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2</p>	<p><b>Tak</b></p>	



	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin ( dni robocze)	<b>Tak</b>	
	Przesyłka pompy na koszt Wykonawcy	<b>Tak</b>	
<b>Baterie- zasilanie pompy</b>	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacji paliw, kioskach typu „ RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)	<b>Tak</b>	
	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	<b>Tak</b>	
<b>Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej</b>	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, Wykonawca dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej).	<b>Tak</b>	
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie.	<b>Tak</b>	
<b>Menu/język</b>	W pełnym zakresie w języku polskim	<b>Tak</b>	
<b>Instrukcja obsługi pompy</b>	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę.	<b>Tak</b>	
<b>Alarm dźwiękowy (tonowy)</b>		<b>Tak</b>	

Alarm wibracyjny	Tak	
Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego	Tak	
Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt.	Tak	
Serter do zakładania zestawów infuzyjnych	Tak	
Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt.	Tak	
Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt.	Tak	
Etui ochronne	Tak	
Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).	Tak	
System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny. Dotyczy chorych z częstymi epizodami hipoglikemii i/lub nieświadomością hipoglikemii. Możliwość automatycznego wstrzymywania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii.	Tak	
Odbiornik na każdą pompę	Tak	
Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1.	Tak	
Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę – podpisuje kartę szkolenia.	Tak	

### Pakiet 3

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 r. ż. - ilość 5 sztuk

PARAMETRY WYMAGANE		WYMAGANA ODPOWIEDŹ	TAK	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1		2		3
Nazwa pompy insulinowej /model/Producent/ Urządzenie fabrycznie nowe		Tak, (podać)		
Rok produkcji: min. 2018		Tak, (podać)		
Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g]		Tak, (podać)		
Zatrzymanie pompy	Alarm informujący o zatrzymaniu pompy	Tak		
Blokada pompy	Wymagana elektroniczna blokada klawiszy	Tak		
Programowanie bolusa	Prostego /Standard	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j/bolus		Tak

	Przedłużonego/Prostokątny	Dokładność nie mniejsza niż 0,1jbolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniejszy niż 7 godzin	Tak	
	Złożony/Podwójny/Wielofalowy	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin	Tak	
<b>Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:</b>	Ustawienia	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie	Tak	
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku	Tak	
	Czas	Do 24 godz.	Tak	
<b>Programowanie bazy:</b>	Wprowadzanie przepływów godzinowych ( ilość jednostek na godzinę)	Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h	Tak	
		Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania	Tak	
<b>Pamięć pompy</b>	Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji.	Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytniki Wykonawca dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku nr 1 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie,	Tak	

		minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaje), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni.	
	<b>Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)</b>	Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW (określenie węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu	<b>Tak</b>
	<b>Automatyczne wypełnienie drenu</b>	Tak- nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie	<b>Tak</b>
	<b>Zestawy infuzyjne</b>	Wkładka: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu – co najmniej dwie długości	<b>Tak</b>
	<b>Serwis</b>	Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie	<b>Tak</b>

	zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy)		
	Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2	<b>Tak</b>	
	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze)	<b>Tak</b>	
	Przesyłka pompy na koszt Wykonawcy	<b>Tak</b>	
<b>Baterie- zasilanie pompy</b>	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacji paliw, kioskach typu „ RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)	<b>Tak</b>	
	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	<b>Tak</b>	
<b>Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej</b>	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, Wykonawca dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej)	<b>Tak</b>	
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie.	<b>Tak</b>	
<b>Menu/język</b>	W pełnym zakresie w	<b>Tak</b>	

	języku polskim		
<b>Instrukcja obsługi pompy</b>	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę.	<b>Tak</b>	
Alarm dźwiękowy (tonowy)		<b>Tak</b>	
Alarm wibracyjny		<b>Tak</b>	
Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego		<b>Tak</b>	
Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt.		<b>Tak</b>	
Serter do zakładania zestawów infuzyjnych		<b>Tak</b>	
Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt.		<b>Tak</b>	
Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt.		<b>Tak</b>	
Etui ochronne		<b>Tak</b>	
Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).		<b>Tak</b>	
Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę – podpisuje kartę szkolenia.		<b>Tak</b>	

#### Pakiet 4

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 r. ż. Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia - **ilość 20 sztuk**

PARAMETRY WYMAGANE		WYMAGANA ODPOWIEDŹ	TAK	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1		2		3
Nazwa pompy insulinowej /model/Producent/ Urządzenie fabrycznie nowe		Tak, podać		
Rok produkcji: min. 2018		Tak, podać		
Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g]		Tak, podać		
Zatrzymanie pompy	Alarm informujący o zatrzymaniu pompy	Tak		
Blokada pompy	Wymagana elektroniczna blokada	Tak		

		klawiszy		
<b>Programowanie bolusa</b>	Prostego /Standard	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j/bolus	<b>Tak</b>	
	Przedłużonego/Prostokątny	Dokładność nie mniejsza niż 0,1jbolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniejszy niż 7 godzin	<b>Tak</b>	
	Złożony/Podwójny/Wielofalowy	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin	<b>Tak</b>	
<b>Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:</b>	Ustawienia	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie	<b>Tak</b>	
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku	<b>Tak</b>	
	Czas	Do 24 godz.	<b>Tak</b>	
<b>Programowanie bazy:</b>	Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę)	Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h	<b>Tak</b>	
		Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania	<b>Tak</b>	
<b>Pamięć pompy</b>	Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do czytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość czytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji.	Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytniki. Wykonawca dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do czytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w	<b>Tak</b>	

		załączniku nr 1 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki		
	<b>Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)</b>	Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu	<b>Tak</b>	
	<b>Automatyczne wypełnienie drenu</b>	Tak- nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie	<b>Tak</b>	
	<b>Zestawy infuzyjne</b>	Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych(elastyczne) Długość drenu – co najmniej dwie długości	<b>Tak</b>	
	<b>Serwis</b>	Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy)	<b>Tak</b>	



	Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2	Tak	
	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin ( dni robocze)	Tak	
	Przesyłka pompy na koszt Wykonawcy	Tak	
<b>Baterie- zasilanie pompy</b>	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacji paliw, kioskach typu „ RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)	Tak	
	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	Tak	
<b>Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej</b>	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, Wykonawca dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej).	Tak	
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie.	Tak	
<b>Menu/język</b>	W pełnym zakresie w języku polskim	Tak	
<b>Instrukcja obsługi pompy</b>	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie	Tak	

	komunikaty wyświetlane przez pompę.		
Alarm dźwiękowy (tonowy)		Tak	
Alarm wibracyjny		Tak	
Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego		Tak	
Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt.		Tak	
Serter do zakładania zestawów infuzyjnych		Tak	
Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt.		Tak	
Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt.		Tak	
Etui ochronne		Tak	
Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).		Tak	
System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny. Dotyczy chorych z częstymi epizodami hipoglikemii i/lub nieświadomością hipoglikemii. Możliwość automatycznego wstrzymywania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii.		Tak	
Odbiornik na każdą pompę		Tak	
Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1.		Tak	
Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę – podpisuje kartę szkolenia.		Tak	

## Pakiet 5

Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych w wieku 18-26 lat skierowane dla dorosłych w wieku 18-26 lat – obejmuje użycie pomp z możliwością skokowej regulacji 0,1 jednostki lub więcej - **ilość 10 sztuk**

PARAMETRY WYMAGANE	WYMAGANA ODPOWIEDŹ TAK	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1	2	3
Nazwa pompy insulinowej / Model/Producent/ Urządzenie fabrycznie nowe	Tak, podać	
Rok produkcji: min. 2018	Tak, podać	
Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g]	Tak, podać	

<b>Zatrzymanie pompy</b>		Alarm informujący o zatrzymaniu pompy	<b>Tak</b>	
<b>Blokada pompy</b>		Wymagana elektroniczna blokada klawiszy	<b>Tak</b>	
		Wymagana mechaniczna blokada, uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drenu i baterii.	<b>Tak</b>	
<b>Programowanie bolusa</b>	<b>Prostego /Standard</b>	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j/bolus	<b>Tak</b>	
	Przedłużonego/Prostokątny	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j bolus. Maksymalny czas trwania bolusa nie mniejszy niż 7 godzin	<b>Tak</b>	
	Złożony/Podwójny/Wielofalowy	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus	<b>Tak</b>	
<b>Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:</b>	Ustawienia	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie	<b>Tak</b>	
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku	<b>Tak</b>	
	Czas	Do 24 godz.	<b>Tak</b>	
<b>Programowanie bazy:</b>	Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę)	Dokładność nie mniejsza niż 0,01j/h	<b>Tak</b>	
		Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania	<b>Tak</b>	

<p><b>Pamięć pompy</b></p>	<p>Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji.</p>	<p>Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytniki. Wykonawca dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku nr 1 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaje), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni</p>	<p><b>Tak</b></p>	
<p><b>Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)</b></p>	<p>Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu</p>	<p><b>Tak</b></p>		

<b>Automatyczne wypełnienie drenu</b>	Tak- nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie	<b>Tak</b>	
<b>Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniczku</b>		<b>Tak</b>	
<b>Zestawy infuzyjne</b>	Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych(elastyczne), wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej. Długość drenu – co najmniej dwie długości	<b>Tak</b>	
<b>Serwis</b>	Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegające ocenie przez klientów.	<b>Tak</b>	
	Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2	<b>Tak</b>	
	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze)	<b>Tak</b>	
	Przesyłka pompy na koszt Wykonawcy	<b>Tak</b>	
<b>Baterie- zasilanie pompy</b>	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacji paliw, kioskach typu „ RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)	<b>Tak</b>	
	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	<b>Tak</b>	

<b>Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej</b>	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, Wykonawca dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej).	<b>Tak</b>	
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę, z gwarancją nie mniejszą niż pierwotnie określono.	<b>Tak</b>	
<b>Menu/język</b>	W pełnym zakresie w języku polskim	<b>Tak</b>	
<b>Instrukcja obsługi pompy</b>	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę		
1. Współpraca z glukometrem bezprzewodowo, z co najmniej 1 glukometrem; możliwość włączenia i wyłączenia opcji przesyłania danych z glukometru do pompy; możliwość rejestrowania wartości glikemii przy funkcji kalkulatora bolusa włączonej lub wyłączonej.		<b>Tak</b>	
2. Pompy insulinowe, w przypadku których istnieją dedykowany glukometr stanowiący element systemu, powinny być z nim dystrybuowane.		<b>Tak</b>	
3. Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika.		<b>Tak</b>	
4. Cena zestawów infuzyjnych, która nie przekracza miesięcznego limitu refundacji dla osób < 26. roku życia oraz 30% tego limitu dla osób > 26. roku życia.		<b>Tak</b>	
Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę – podpisuje kartę szkolenia.		<b>Tak</b>	

## Pakiet 6

Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych w wieku 18-26 lat skierowane dla dorosłych w wieku 18-26 lat z nawracającymi niedocukrzeniami – obejmuje użycie pomp z możliwością skokowej regulacji 0,1 jednostki lub więcej - **ilość 4 sztuk**

PARAMETRY WYMAGANE		WYMAGANA ODPOWIEDŹ	TAK	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1		2		3
Nazwa pompy insulinowej / Model/Producent/ Urządzenie fabrycznie nowe		Tak, podać		
Rok produkcji: min. 2018		Tak, podać		
Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g]		Tak, podać		
Zatrzymanie pompy	Alarm informujący o zatrzymaniu pompy	Tak		
Blokada pompy	Wymagana elektroniczna blokada klawiszy	Tak		
	Wymagana mechaniczna blokada, uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drewna i baterii.	Tak		
Programowanie bolusa	Prostego /Standard	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j/bolus	Tak	
	Przedłużonego/Prostokątny	Dokładność nie mniejsza niż 0,1j bolus. Maksymalny czas trwania bolusa nie mniejszy niż 7 godzin	Tak	
	Złożony/Podwójny/Wielofalowy	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus	Tak	
Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:	Ustawienia	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie	Tak	
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku	Tak	
	Czas	Do 24 godz.	Tak	
Programowanie bazy:	Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na	Dokładność nie mniejsza niż 0,01j/h	Tak	

	godzinę)	Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania	Tak	
<b>Pamięć pompy</b>	Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji.	Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytniki Wykonawca dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku nr 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaje), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni.	Tak	
<b>Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)</b>		Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe – WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do	Tak	



	kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu		
<b>Automatyczne wypełnienie drenu</b>	Tak- nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie	<b>Tak</b>	
<b>Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniczku</b>		<b>Tak</b>	
<b>Zestawy infuzyjne</b>	Wklucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych(elastyczne), wszystkie rodzaje wkłuc w ramach kwoty refundacyjnej. Długość drenu – co najmniej dwie długości	<b>Tak</b>	
<b>Ciągłe monitorowanie glikemii</b>	System zintegrowany z urządzeniem do podawania insuliny lub dodatkowe urządzenie CGM wspierające terapię za pomocą osobistej pompy insulinowej.	<b>Tak</b>	
<b>Serwis</b>	Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegające ocenie przez klientów.	<b>Tak</b>	
	Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2	<b>Tak</b>	
	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze)	<b>Tak</b>	
	Przesyłka pompy na koszt Wykonawca	<b>Tak</b>	
<b>Baterie- zasilanie pompy</b>	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w	<b>Tak</b>	

	placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacji paliw, kioskach typu „RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)		
	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%	<b>Tak</b>	
<b>Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej</b>	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, Wykonawca dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej).	<b>Tak</b>	
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę, z gwarancją nie mniejszą niż pierwotnie określono.	<b>Tak</b>	
<b>Menu/język</b>	W pełnym zakresie w języku polskim	<b>Tak</b>	
<b>Instrukcja obsługi pompy</b>	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę	<b>Tak</b>	
1. Współpraca z glukometrem bezprzewodowo, z co najmniej 1 glukometrem; możliwość włączenia i wyłączenia opcji przesyłania danych z glukometru do pompy; możliwość rejestrowania wartości glikemii przy funkcji kalkulatora bolusa włączonej lub wyłączonej.		<b>Tak</b>	
2. Pompy insulinowe, w przypadku których istnieje dedykowany glukometr stanowiący element systemu, powinny być z nim dystrybuowane.		<b>Tak</b>	
3. Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika.		<b>Tak</b>	
4. Cena zestawów infuzyjnych, która nie przekracza miesięcznego limitu refundacji dla osób < 26. roku życia oraz 30% tego limitu dla osób > 26. roku życia.		<b>Tak</b>	

5. Minimum 1 transmiter na każde 4 pompy oraz 2 sensory do każdego transmitera.	<b>Tak</b>	
Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego-pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompę – podpisuje kartę szkolenia.	<b>Tak</b>	

## **DOTYCZY PAKIETÓW 1-6**

### **Załącznik 1**

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pompy i ciągłego monitorowania glikemii :

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)
- Stosowanie wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,
- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)
- Historia wypełnienia drenu
- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:
- Stosowana w danym dniu baza podstawowa
- Czasowa zmiana bazy
- Zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy
- Wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego
- Wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru
- Wyniki ciągłego pomiaru glikemii [dot. pakietu 2, 4 i 6]
- Historia alarmów
- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

### **Załącznik 2**

Wymagane Informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer Infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej
- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy
- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuc, strzykawek, baterii i ich cen, itp.)

**Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego ww. tabele obrazujące parametry zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń.**

**Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**

**Ileć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.**

**Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:**

L p.	Przedmiot zamówienia/parametry	Ilość /jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)	Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT)	Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto	Oferowany produkt/ producent/ nr katalogowy bądź jego brak
Łączna wartość całego pakietu									xxxxxxx

**Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.**

**Zamawiający prosi, aby Wykonawcy złożyli również szczegółowy formularz cenowy na nośniku elektronicznym załączonym do oferty.**

## Rozdział III

### ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Nr ZP-261-20/2019

.....  
(Pieczęć Wykonawcy)

### OFERTA

Ja, niżej podpisany .....

działając w imieniu i na rzecz firmy.....

.....

z siedzibą (adres).....

nr tel. Wraz z nr kierunkowym.....

**E-mail:**.....

REGON..... NIP .....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym poniżej 144 000 EURO nr ZP-261-20/2019 na:

### **Dostawę osobistych pomp insulinowych do SPSK NR 1 PUM.**

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę:

**1. Pakiet Nr 1** ..... PLN netto

( słownie : .....),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ..... %

wartość podatku VAT wynosi ..... zł

wartość brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

**Termin płatności wynosi .....dni**

**Termin gwarancji wynosi.....m-cy (min. 48 miesięcy)**

**2. Pakiet Nr 2 ..... PLN netto**

( słownie : .....),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ..... %

wartość podatku VAT wynosi ..... zł

wartość brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

**Termin płatności wynosi .....dni**

**Termin gwarancji wynosi.....m-cy (min. 48 miesięcy)**

**3. Pakiet Nr 3 ..... PLN netto**

( słownie : .....),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ..... %

wartość podatku VAT wynosi ..... zł

wartość brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

**Termin płatności wynosi .....dni**

**Termin gwarancji wynosi.....m-cy (min. 48 miesięcy)**

**4. Pakiet Nr 4 ..... PLN netto**

( słownie : .....),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ..... %

wartość podatku VAT wynosi ..... zł

wartość brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

**Termin płatności wynosi .....dni**

**Termin gwarancji wynosi.....m-cy (min. 48 miesięcy)**

**5. Pakiet Nr 5 ..... PLN netto**

( słownie : .....),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ..... %

wartość podatku VAT wynosi ..... zł

wartość brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

**Termin płatności wynosi .....dni**

**Termin gwarancji wynosi.....m-cy (min. 48 miesięcy)**

**6. Pakiet Nr 6** ..... PLN netto

( słownie : .....),

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ..... %

wartość podatku VAT wynosi ..... zł

wartość brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

**Termin płatności wynosi .....dni**

**Termin gwarancji wynosi.....m-cy (min. 48 miesięcy)**

**Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą..... (TAK/NIE)**

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia .
- 2) Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 3) Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę zgodną z tym projektem..
- 4) Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy pomocy podwykonawców.<sup>3</sup>
- 5) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>4</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe

---

3 Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłużenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom i podanie firm podwykonawców (o ile są znane).

4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>5</sup>

**Osobą upoważnioną do podpisania niniejszej umowy jest:.....**  
(imię, nazwisko, funkcja)

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

---

<sup>5</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## Załącznik nr 2 do SIWZ Nr ZP-261-20/2019

Zamawiający:

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę osobistych pomp insulinowych do SPSK NR 1 PUM, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM oświadczam, co następuje:

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

#### **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

SIWZ ZP-261-20/2019 pompy insulinowe  
akf /KJ

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, **polegam/nie polegam** na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....

., w następującym zakresie: .....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....

*(podpis)*

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....

*(podpis)*

Zamawiający:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### **Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawę osobistych pomp insulinowych do SPSK NR 1 PUM.**

, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM oświadczam, co następuje:

:

### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

## ROZDZIAŁ IV

### UMOWA NR ZP-261-20/2019/ZA - PROJEKT

zawarta w dniu ..... pomiędzy

**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252  
Szczecin**

ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009581, NIP: 852-22-11-119, REGON 000288892, którego reprezentuje:

**dr n. med. Konrad Jarosz – Dyrektor**

**zwanym dalej „Zamawiającym”**

**a**

NIP: ;

REGON:

reprezentowanym przez:

**zwanym dalej „Wykonawcą”**

na podstawie zamówienia Nr ZP-261-20/2019 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osobistych pomp insulinowych do SPSK NR 1 PUM, przeprowadzonego dnia ..... w SPSK Nr 1, potwierdzonego protokołem.

#### § 1

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu - zgodnie z jego doraźnym pisemnym (faxem, e-mailem) zamówieniem osobiste pompy insulinowe - stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

#### **Pakiet 1**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 r. ż. - **ilość 10 sztuk**

## **Pakiet 2**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 r. ż. Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia - **ilość 15 sztuk**

## **Pakiet 3**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 r. ż. - **ilość 5 sztuk**

## **Pakiet 4**

Osobiste pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 r. ż. Przeznaczone głównie dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia - **ilość 20 sztuk**

## **Pakiet 5**

Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych w wieku 18-26 skierowane dla dorosłych w wieku 18-26 lat – obejmuje użycie pomp z możliwością skokowej regulacji 0,1 jednostki lub więcej - **ilość 10 sztuk**

## **Pakiet 6**

Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych w wieku 18-26 skierowane dla dorosłych w wieku 18-26 lat z nawracającymi niedocukrzeniami – **ilość 4 sztuki**

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia określonej w załączniku nr 1 o którym mowa w § 1 ust. 1, do 50% (nie mniej jednak niż 1 szt.) O skorzystaniu z tego uprawnienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej podając konkretną zmianę ilości przedmiotu zamówienia. Zmiana będzie mogła następować wielokrotnie w trakcie obowiązywania umowy.

3. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać ustalonej ilości przedmiotu określonej w § 1 ust. 1 i 2.

4. W przypadku, gdy dojdzie do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu w ilości przekraczającej ustalenia wynikające z ust 1 i ust. 2 ( w tym zwłaszcza, gdy zamówienia dokonają osoby nieupoważnione) i przedmiot ten przed uzyskaniem przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnej informacji o zaistniałym przekroczeniu zostanie zużyty, to Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia za tą dostawę. Na wniosek Wykonawcy będzie ona rozliczona jako darowizna na rzecz Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy dojdzie do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w ilości przekraczającej ustalenia wynikające z ust. 1 i ust. 2 i przedmiot ten nie zostanie jeszcze zużyty Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na własny koszt odebrać go od Zamawiającego.

## **§ 2**



1. Osobiste pompy insulinowe dostarczane będą po cenach podanych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
2. Wartość netto pakietu nr .... wynosi ..... zł + VAT i obejmuje koszt ubezpieczenia, transportu, instalacji, montażu, uruchomienia oraz szkolenia personelu i pacjentów oraz wszystkich innych obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ. Wartość pakietu obejmuje również przeniesienie , albo ustanowienie na rzecz Zamawiającego wszelkich uprawnień dotyczących wartości intelektualnych ( prawa autorskie, patenty, know-how) niezbędnych do korzystania przez pacjentów Zamawiającego z nabywanych pomp, zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Ceny pozostają niezmiennie przez czas trwania umowy.
4. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

### § 3

1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy nieodpłatnie, na jego koszt i ryzyko stosownie do wskazania Zamawiającego do magazynu medycznego SPSK 1 PUM ul. Unii Lubelskiej 1(pakiety od 1-4) w Szczecinie lub SPSK 1 PUM ul. Siedlecka 2 w Policach(PAKIETY NR 5 I 6) w godz. 7.30 – 14.30. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Do składania pisemnych (faxem, e-mailem) zamówień, o których mowa w ust. 1 Zamawiający upoważnia następujące osoby:
  - a. Kierownik Działu Zaopatrzenia
  - b. Pracownik Działu Zaopatrzenia

### § 4

1. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu ..... dni od daty dostarczenia faktury.
2. Fakturę VAT Wykonawca dostarcza łącznie z towarem. Na fakturze należy wskazać numer umowy oraz nr katalogowy danego towaru. Faktura może dotyczyć wyłącznie przedmiotowej umowy.  
Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą określoną w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 5

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będą następujące kary umowne:
  - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    - a) w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru brutto (nie mniej niż 100 zł) za każdy dzień opóźnienia, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,
    - b) w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru brutto (jednak nie mniej niż 100 zł) za każdy dzień opóźnienia, za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zapotrzebowaniu (braki ilościowe).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% od wartości brutto niewykorzystanej części umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Kary umowne naliczone Wykonawcy ogółem nie mogą przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.
4. Kary umowne są należne Zamawiającemu bez względu na fakt powstania szkody. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kary umowne stają się wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu. Kary umowne naliczone w trakcie obowiązywania umowy utrzymują się po odstąpieniu od umowy, lub po innych podobnych formach zakończenia jej obowiązywania ( odstąpienie , rozwiązanie, unieważnienie itp.) .

## § 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... gwarancji jakości (nie mniej niż 48 miesięcy) na przedmiot zamówienia , licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania możliwości kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę, z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającej ocenie przez klientów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia w ramach ceny serwisu w zakresie dostarczonego sprzętu.
4. Realizacja uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego polegać będzie na wymianie przez Wykonawcę pompy insulinowej, która uległa awarii, na nową.
5. W sytuacji opisanej w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nową pompę, na własny koszt i ryzyko w terminie 24 godzin ( w dni robocze Zamawiającego- od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
6. Na czas pomiędzy awarią pompy a dostarczeniem nowej pompy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy- dostawa sprzętu zastępczego

najpóźniej w 3 dniu od zgłoszenia (email, faxem bądź telefonicznie na wskazany numer (dotyczy dni roboczych)).

7. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu Cywilnego.

## § 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

## § 8

Umowa została zawarta na okres od ..... r. do .....r .

## § 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia.

## § 10

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, Jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**