



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

POMORSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: zampub@spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Zamówienia Publiczne	(091) 425-30-08
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, dn. 13.03.2019 r.

ZP-261-18/2019

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 euro Nr ZP-261-18/2019 na: dostawę materiałów do sterylizacji do SPSK nr 1 PUM

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

dotyczy części nr 3.

Z uwagi na to, że Zamawiający w punkcie nr 1 nie podał czy wymaga zaoferowania wszystkich pojemności czy też jednej z pośród 50ml, 100ml, 200ml, 300ml, prosimy o dopuszczenie oleju w formie aerozolu (pojemniku pod ciśnieniem) w pojemniku 300ml. Z naszych informacji wynika, że żaden z oferentów nie jest w stanie zaoferować wszystkich pojemności dla tego typu oleju dlatego też prosimy o przychylnie rozważenie naszej prośby.

Pytanie nr 2

dotyczy części nr 3.

W punkcie nr 2 Zamawiający nie podał producenta oraz typu posiadanych urządzeń. Poprawne dopasowanie końcówek ma bezpośredni wpływ na skuteczność procesu mycia i konserwacji pił i wiertarek. Efektem złego dopasowania jest zniszczenie urządzenia oraz zagrożenie epidemiologiczne personelu i pacjentów. Prosimy zatem o podanie producenta, nazwy urządzenia oraz typu posiadanych przez Zamawiającego urządzeń. Umożliwi to poprawne dobranie dedykowanych końcówek, które są wymagane w instrukcji obsługi Państwa urządzeń.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 4: Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o odczycie kolometrycznym?

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w zakresie pozycji nr 4 ofert na testy w komplecie z przyrządem (200sztuk testów + przyrząd)?

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 4 i 6: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji. Opisane testy kl. 5 z pozycji nr 4 oraz przyrząd z pozycji nr 6 dostępne są w ofercie tylko jednego dostawcy, zatem ograniczają konkurencyjność postępowania. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców.

Pytanie nr 7

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Pytanie nr 14**do opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający, z uwagi na posiadanie sterylizatorów STERRAD i V-PRO, wymaga, aby wskaźniki posiadały potwierdzoną możliwość stosowania w tych właśnie sterylizatorach?

Pytanie nr 15**do opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający, z uwagi na wymagania normy PN-EN ISO 11140-1 dot. braku ekspozycji substancji wskaźnikowej na zawartość wsadu, wymaga, aby substancja wskaźnikowa na teście była pokryta warstwą laminatu?

Pytanie nr 16**do opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik spełniający opis SIWZ, na którym substancja wskaźnikowa jest naniesiona punktowo? Jest to rozwiązanie równoważne, które nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego.

Pytanie nr 17**do opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 2, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie wskaźników oznaczonych typer i obowiązującą normą, gdzie nr LOT znajduje się na opakowaniu. Norma PN-EN ISO 11140-1 dopuszcza oznakowanie nr LOT na wskaźniku LUB/i na opakowaniu testów.

Pytanie nr 18**do opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 2, poz. 5**

Czy Zamawiający z uwagi na postawiony w SIWZ wymóg, aby test nie wymagał umieszczenia go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem, potwierdza, że substancja wskaźnikowa w zaoferowanym teście powinna być pokryta warstwą laminatu?

Pytanie nr 19**do opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 2, poz. 7**

Czy Zamawiający, z uwagi na wymagania normy PN-EN ISO 11140-1 dot. braku ekspozycji substancji wskaźnikowej na zawartość wsadu, wymaga, aby substancja wskaźnikowa na teście była pokryta warstwą laminatu?

Udzielamy odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad 2. Systemy napędowe Aesculap, wiertarki z serii typu Acculan 3Ti, Microspeed , Elan4.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad 4. Zgodnie z SIWZ.

Ad 5. Zgodnie z SIWZ.

Ad 6. Zgodnie z SIWZ.

Ad 7. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 8. Zgodnie z SIWZ.

Ad 9. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad 10. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Ad 11. Zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w Rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 poz. 4 poprzez usunięcie zapisu dotyczącego daty ważności na pasku.
- Ad 12. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
- Ad 13. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
- Ad 14. Zgodnie z SIWZ.
- Ad 15. Zgodnie z SIWZ.
- Ad 16. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
- Ad 17. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad 18. Zgodnie z SIWZ.
- Ad 19. Zgodnie z SIWZ.