



**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1**

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

**POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

**71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1**



**e-mail: zampub@spsk1.szn.pl**

**www.spsk1.szn.pl**

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Zamówienia Publiczne	(091) 425-30-08
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, dn. 02.05.2019 r.

ZP-261-31/2019

**dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 Euro na dostawę urządzeń medycznych do SPSK NR 1 PUM.**

**Do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania o następującej treści:**

Dot. pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 4kg?

2. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w zbiornik 1,0 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, z uchwytem maszynowym, min. 40 szt. wkładów jednorazowych 1,0l?.

Część nr: 1 Nazwa: PULSOKSYMETR 6 szt.

**3. Pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr bez pomiaru temperatury, ew. wydzielenie urządzeń bez tego pomiaru do oddzielnego zadania?

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0276/18-00/88/2018/304 Projektu pn.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie” nr POIS.09.01.00-00-0276/18 w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* oś priorytetowa IX *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

**4. Pkt. 6** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dokładnością dla w przedziałach od 70 do 100%  $\pm 2$  cyfry; od 50 do 69%  $\pm 3$  cyfry; od 0 do 49% nieokreślona?

**5. Pkt. 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr o zakresie pulsu od 30 ud/min i dokładności do 3 cyfr?

**6. Pkt. 9** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr posiadający akumulator litowo-jonowy o następujących parametrach : 3,7 V, 2360 mAh?

**Udzielamy odpowiedzi:**

- Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
- Ad 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Ad 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
- Ad 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
- Ad 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Ad 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.