



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: zampub@spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Dział Zamówień Publicznych	(091) 425-30-08
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, dn. 13.05.2019 r.

ZP-261-32/2019

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 Euro na ZP-261-32/2019 na: dostawę materiałów do sterylizacji do SPSK NR 1 PUM.

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania o następującej treści:

- 1. dot. Pakietu nr 1 pozycja nr 1 i 3**
Czy Zamawiający dopuści testy szybkiego odczytu w formie ampułek bez dodatkowego pakietu/zestawu.
- 2. dot. Pakietu nr 1 pozycja nr 1**
Czy Zamawiający dopuści testy szybkiego odczytu bez wewnętrznego systemu kruszenia. Oferowany przez naszą firmę autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę.
- 3. dot. Pakietu nr 1 pozycja nr 2 i 4**
Czy Zamawiający dopuści autoczytniki do inkubacji wskaźników biologicznych szybkiego odczytu zgodne z opisem poniżej:
„Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń. Sprzęt zawiera wbudowaną kruszarkę.”
- 4. dot. Pakietu nr 3 pozycja nr 1-2**
Uprzejmie prosimy o możliwość połączenia wskazanych pozycji w jedną oraz zaoferowanie testów kl.5 w kompletach zawierających 200 sztuk testów + przyrząd. Przyrząd wykonany z wysokiej wytrzymałości plastiku.
- 5. dot. Pakietu nr 3 pozycja nr 1-2**
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie w:
- poz. 1 testów wsadu kl. 6 kalibrowanych na parametry 121°C/15min. i 134°C/5,3min.lub 121°C/20min. i 134°C/7min. Oraz
-poz. 2 kompatybilnych z wyżej wymienionymi testami przyrządów PCD posiadających kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o krotności 1000 użyć (wykonawca zaoferowałby 29 przyrządów).
- 6. dot. Pakietu nr 3 pozycja nr 3**
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
- 7. dot. Pakietu nr 2 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści testy niekompatybilne z opisanym inkubatorem, jeżeli Wykonawca dostarczy na własny koszt inkubator kompatybilny z oferowanymi testami?

Udzielamy odpowiedzi:

Ad 1. Zgodnie z SIWZ.

Ad 2. Zgodnie z SIWZ. Wewnętrzny system kruszenia jest tożsamy z tym, że autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę.

Ad 3. Zgodnie z SIWZ.

Ad 4. Zgodnie z SIWZ.

Ad 5. Zgodnie z SIWZ.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad 7. Zgodnie z SIWZ.