

**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1**

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

POMORSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1**e-mail: zampub@spsk1.szn.plwww.spsk1.szn.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Dział Zamówień Publicznych	(091) 425-30-08
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, dn. 14.05.2019 r.

ZP-261-32/2019 II

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 Euro na ZP-261-32/2019 na: dostawę materiałów do sterylizacji do SPSK NR 1 PUM.

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły kolejne pytania o następującej treści:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

dot. Parametry Techniczne do pakietu 2 i 3

dotyczy pakiet 2.1. – 2.2.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki sterylizacji plazmowej umieszczone na teście chemicznym i wskaźnik chemiczny na etykiecie testu biologicznego przebarwiały się w identyczny sposób, tzn. z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników.

dotyczy pakiet 2.2.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?

dotyczy pakiet 3.1

5. Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

6. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

7. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

dotyczy pakiet 3.4

8.Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

9.Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

10.Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Udzielamy odpowiedzi:

Ad 1. Tak.

Ad 2. Zgodnie z SIWZ.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 7. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 8. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 9. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad 10. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.